

Подлежит публикации  
в открытой печати

Серийный

г.р. 13434-92

ФРЕНД

## О П И С А Н И Е

типа средства измерений для Государственного реестра

СОГЛАСОВАНО

Зам. генерального директора  
НПО "ВНИИМ им. Д.И. Менделеева"

*И.И. Хажуев*

" 19 " \_\_\_\_\_ 1992 г.

ТАХОМЕТР ТЕСТО 4600

Внесены в Государственный реестр  
средств измерений, прошедших  
Государственные испытания

Регистрационный № \_\_\_\_\_

Взамен № \_\_\_\_\_

### Назначение и область применения

Тахометр Тесто 4600 предназначен для определения частоты вращения вращающихся поверхностей.

### Описание

Принцип действия тахометра основан на преобразовании частоты вращения с помощью механического сенсора и дальнейшего измерения электронным измерительным прибором.

### Основные технические характеристики

1. Диапазон измерения  $\Gamma$  - 19999 об/мин.
2. Разрешающая способность  $\Gamma$  об/мин.
3. Предел допускаемой погрешности  $\pm 0,06\% \pm 1$  единица счета
4. Диапазон измерений с диском  $\emptyset 19$  мм -  $\Gamma$  мм/с ÷ 19999 мм/с  
Разрешающая способность -  $\Gamma$  мм/с
5. Диапазон измерений с диском  $\emptyset 32$  мм - 0,1 м/мин. - 19999 метр/мин.  
Разрешающая способность - 0,1 метр/мин.

6. Габариты 170x65x40 мм

Знак Государственного реестра наносится на титульные листы ИЭ фирмы.

Комплектность

- Измеритель,
- диски,
- комплект запасных частей,
- ИЭ фирмы-изготовителя.

Поверка

Поверка осуществляется по ГОСТ 8.285-78.

Вид поверки - ведомственная.

Периодичность поверки I раз в 2 года.

Нормативные документы

Проспект фирмы.

ИЭ фирмы.

Заключение

Тахометры Тесто 4600 соответствуют требованиям ИЭ фирмы.

Начальник отдела

 В.Л. Жутовский