

2. P. 13501-92

О П И С А Н И Е
Д Л Я Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О Р Е Е С Т Р А

ПОДЛЕЖИТ ПУБЛИКАЦИИ
В ОТКРЫТОЙ ПЕЧАТИ

С О Г Л А С О В А Н О



ДИРЕКТОРА ВНИИМ
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Миш

В. Н. ХАЖУЕВ
7.10.1992 г.

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ

"Э Л А Н - С О"

ВНЕСЕНЫ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР
СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ, ПРОЕДШИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ №
ВЗАМЕН №

ВЫПУСКАЮТСЯ ПО ТУ 6-92 ОП2.843.027 ТУ

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ "Э Л А Н - С О" ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
КОНЦЕНТРАЦИИ ОКСИДА УГЛЕРОДА В ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЛИНИЯХ И В ВОЗДУХЕ.

О П И С А Н И Е

ГАЗОАНАЛИЗАТОРЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ АВТОМАТИЧЕСКИЕ ПЕРЕНОСНЫЕ
НЕПРЕРЫВНОГО ДЕЙСТВИЯ ПОКАЗЫВАЮЩИЕ И СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ПРИБОРЫ
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОГО ТИПА.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДИАПАЗОНЫ ИЗМЕРЕНИЯ ОКСИДА УГЛЕРОДА, МГ/М³....., 0-50 и 0-200;

ПРЕДЕЛ ДОПУСКАЕМОЙ ОСНОВНОЙ ПОГРЕШНОСТИ (δ) УКАЗАН В ТАБЛИЦЕ

ТАБЛИЦА 1

МОДИФИКАЦИЯ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА	УЧАСТОК ДИАПАЗОНА ИЗМЕРЕНИЯ, МГ/М ³	ОСНОВНАЯ ПОГРЕШНОСТЬ, МГ/М ³ (% ОТ ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА ИЗМЕРЕНИЯ)
ЭЛАН-СО-А-50	0 - 3	0,75
	3 - 50	5,0 (10)
ЭЛАН-СО-Т-50	0 - 50	5,0 (10)
	0 - 50	5,0
ЭЛАН-СО-Т-200	50 - 200	20,0 (10)

ПРЕДЕЛ ДОПУСКАЕМОГО ВРЕМЕНИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАНИЙ, С.....25;

СРЕДНЯЯ НАРАБОТКА НА ОТКАЗ, Ч, НЕ МЕНШЕ.....15000;

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ПРИ РАБОТЕ ОТ СЕТИ, В.А, НЕ БОЛЕЕ.....7;

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА, В..... 220 (50 ГЦ);

ПОСТОЯННОГО ТОКА, В.....12;

МАССА ГАЗОАНАЛИЗАТОРА, КГ, НЕ БОЛЕЕ.....3,0;

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ, НЕ БОЛЕЕ.....,225 X 325 X 115.

ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ НАХОДИТСЯ ФИРМЕННАЯ ПЛАНКА, НА КОТОРОЙ НАНЕСЕН ЗНАК ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА ПО ГОСТ 8.353-80,

а также на титульном листе ПАСПОРТА

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ГАЗОАНАЛИЗАТОРОВ ВХОДЯТ:

1) ГАЗОАНАЛИЗАТОР "Э Л А Н - С О", ШТ.....1;

2) КОМПЛЕКТ ЗИП СОГЛАСНО ВЕДОМОСТИ ЗИП БИ2.840.027 ЗИ,