

СОГЛАСОВАНО :



Директор ГФУП ВНИИМС

А. И. Асташенков

«21» апреля 2001 г.

## ОПИСАНИЕ ТИПА

Счётчики холодной воды крыльчатые типа <b>ЕТК</b>	Внесены в Государственный реестр средств измерений России. Регистрационный номер № 13671-01 Взамен № 13671-96.
--	--

## НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счётчики холодной воды крыльчатые (одноструйные, сухоходные) **ЕТК** и их модификации предназначены для измерений объёма холодной питьевой воды по ГОСТ 2874, протекающей по трубопроводу при температуре от 5°С до 40°С и давлении не более 1,6 МПа.

## ОПИСАНИЕ

Принцип работы счётчиков типа **ЕТК** состоит в измерении числа оборотов крыльчатки, вращающейся под действием протекающей воды. Поток воды попадает в корпус счётчика через сетку и далее через тангенциальное отверстие поступает в измерительную полость, внутри которой на специальных опорах вращается крыльчатка с магнитом (ведущей полумуфтой). Вода, пройдя зону вращения крыльчатки, поступает в выходной патрубок корпуса счётчика. Количество оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей воды.

Вращение крыльчатки через магнитную связь передаётся ведомой полумуфте счётного механизма, обеспечивающего за счёт масштабирующего редуктора возможность визуального снятия (чтения) показаний счётчика в кубических метрах.

Счётный механизм имеет пять или восемь барабанчиков для указания количества прошедшей через счётчик воды. Счётчик с пятью барабанчиками имеет дополнительно четыре стрелочных указателя, а счётчик с восемью барабанчиками – один стрелочный указатель для учета количества воды в низших десятичных разрядах. На шкале счётного механизма имеется сигнальная звёздочка, обеспечивающая повышение разрешающей способности счётчика.

Регулировка показаний счётчика осуществляется поворотом крышки с направляющей.

Счётчики имеют модификацию **ЕТК1** - счётчики с импульсными датчиками, в которых обеспечивается генерация электрических импульсов с частотой, пропорциональной расходу воды. Для получения таких импульсов на одном из стрелочных указателей счётного механизма устанавливается магнит (магниты). При вращении стрелочного указателя магнит периодически замыкает контакты установленного над ним геркона, включенного в электрическую цепь. При каждом замыкании контактов геркона в этой цепи появляется ток (электрический импульс), который может регистрироваться счётчиками импульсов или другими электронными устройствами. В зависимости от того, на каком из стрелочных указателей установлен магнит

(магниты), могут быть получены импульсы соответствующие различному количеству прошедшей через счетчик воды. На шкале каждого счетчика указывается цена импульса (передаточный коэффициент, который может принимать значения - 1,0; 2,5; 5; 10; 25; 50; 100; 250; 500; 1000 л/имп.

Установка датчика импульсов (геркона) конструктивно выполняется в двух вариантах:

- постоянная установка датчика с защитной металлической крышкой и проводом для подключения к счетчикам импульсов или электронным блокам, модификация **ЕТК1**;
- съемный датчик с проводом, который при необходимости закрепляется на посадочных местах в пластмассовой крышке счетчика (с магнитом на стрелочном указателе-модификация **ЕТК-N**). Комплект счетчика со съемным датчиком импульсов имеет обозначение – **ЕТК1-N**.

Счетчики **ЕТК** имеют дополнительные модификации:

- с защитой от разрушения при замерзании воды (имеют встроенную гибкую пластину, обеспечивающую расширение воды без разрушения корпуса счетчика); эта модификация имеет дополнительное обозначение **АF**;
- с защитой от манипуляций показаниями счетчиков путем внешнего давления на крышку счетного механизма – счетный механизм имеет специальный штифт, который разрушается при попытке манипулирования показаниями; эта модификация (**АНТИСТОП**) имеет дополнительное обозначение **AS**;
- с защитой от механического разрушения крышки счетного механизма, за счет установки металлического кожуха на счетный механизм; эта модификация (**АНТИВАНДАЛ**) имеет дополнительное обозначение **AV**;
- с защитой счетного механизма от повышенной влажности окружающего воздуха за счет размещения в счетном механизме мешочка с солью; эта модификация (**АНТИВЛАГА**) имеет дополнительное буквенное обозначение **АН**;
- с защитой от манипуляций показаниями счетчика при установке внешнего магнита за счет установки специального антимагнитного экрана вокруг магнитной муфты счетчика; эта модификация (**АНТИМАГНИТ**) имеет дополнительное буквенное обозначение **AM**;
- с защитой от ошибок снятия показаний счетчиков в период эксплуатации за счет дополнительных роликов с буквами, шифрующими показания счетчиков; эта модификация имеет дополнительное обозначение **Chekker**.

Указанные модификации относятся к счетчикам, имеющим счетный механизм с пятью цифровыми барабаничками (роликами). Модификация **АНТИВЛАГА (АН)** относится к счетчикам, имеющим пять или восемь роликов.

Счетчики с электронным съемом обозначаются дополнительной буквой „E“ перед наименованием счетчика (напр. **ЕЕТК1**).

Счетчики с электронным счетным механизмом обозначаются **ЕТК-Е**.

Модификация счетчика **ЕТК-С** характеризуется повышенной точностью.

Счетчики **ЕТК-Е** и **ЕТК-С** выпускаются в метрологических классах А, В и С, все остальные модификации счетчиков **ЕТК** выпускаются в метрологических классах А и В.

Различные защитные модификации и модификации по вариантам съема информации не снижают метрологический класс счетчика.

Счетчики типа **ЕТК** допускается устанавливать в горизонтальных и вертикальных трубопроводах, ставить шкалой вниз не допускается.

## ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры счётчиков указаны в таблице 1.

Таблица 1

Наименование параметра	Значение параметра
1	2
Расход воды, м <sup>3</sup> /ч: Номинальный, Q <sub>n</sub> Минимальный, Q <sub>min</sub> Переходный, Q <sub>t</sub> Максимальный, Q <sub>max</sub>	0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 5,0; 6,0; 10,0 0,04Q <sub>n</sub> (класс А); 0,02Q <sub>n</sub> (класс В); 0,01Q <sub>n</sub> (класс С); 0,1Q <sub>n</sub> (класс А); 0,08Q <sub>n</sub> (класс В); 0,015Q <sub>n</sub> (класс С)  2,0Q <sub>n</sub>
Порог чувствительности, м <sup>3</sup> /ч, не более:	0,5 Q <sub>min</sub> (см п.7 примечаний)
Температура измеряемой воды, °С	5 – 40
Наименьшая цена деления счётного Механизма м <sup>3</sup> ,	0,00005 (Q <sub>n</sub> =0,6-3,5); 0,0005 (Q <sub>n</sub> =6,0-10,0)
Ёмкость счётного механизма, м <sup>3</sup> ,	99999 (Q <sub>n</sub> =0,6-3,5); 999999 (Q <sub>n</sub> =6,0-10,0)
Метрологический класс по ГОСТ Р 50193	А, В, С

### Примечания:

1. Под минимальным расходом **Q<sub>min</sub>** понимается расход, при котором счетчик имеет максимально допустимую погрешность ±5% и ниже которого указанная погрешность не нормируется
2. Под переходным расходом **Q<sub>t</sub>** понимается расход, при котором и выше которого счетчик имеет максимально допустимую погрешность ±2%;
3. Под номинальным расходом **Q<sub>n</sub>** понимается расход, равный половине максимального;
4. Под максимальным расходом **Q<sub>max</sub>** понимается наибольший расход воды, за время прохождения которого счетчик должен работать нормально в течение короткого времени с погрешностью, не превышающей максимально допустимую, и при котором потеря давления на счетчике не должна превышать 0.1 МПа.
5. Под порогом чувствительности понимается наименьший расход, при котором крыльчатка приходит в непрерывное вращение;
6. Пределы допускаемых значений относительной погрешности измерений в диапазоне расходов воды в соответствии с таблицей 1 не должны превышать:
  - от Q<sub>min</sub> до Q<sub>t</sub> (исключая) ±5%
  - от Q<sub>t</sub>(включая) до Q<sub>max</sub> ±2%;
7. Порог чувствительности для счетчиков, работающих в метрологическом классе С, устанавливается в их технических условиях (ГОСТ Р 50601-93), а для кл. А (Q<sub>n</sub> 0,6) составляет 0,01 м<sup>3</sup>/ч.
8. Указанные в таблице значения расходов воды соответствуют ГОСТ Р 50601-93.

9. Срок службы счетчиков 9 лет.

Основные размеры счётчиков должны соответствовать значениям, указанным в таблице 2.

Таблица 2

Наименование параметра	Значение параметра							
1	2							
Номинальный расход, м <sup>3</sup> /ч	0,6	1,0	1,5	1,5	2,5	3,5	6	10
Условный проход DN, мм	15	15	15	20	20	25	32	40
Длина без присоединительных Штуцеров, мм	60/80/110/115			130	130	160	260	300
Высота, мм	69						110	
Ширина, мм	72						-	
Резьба на корпусе со стороны входа и выхода потока воды трубная цилиндрическая	3/4" или вход 7/8", выход 3/4"			1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/2"
Резьба на штуцерах для Присоединения к трубопровод трубная цилиндрическая	1/2" и 3/4"					1" 1 1/4"	1 3/4"	1 1/4" 1 3/4"
Масса, кг, не более	0,36				0,48	1,7	1,7	2,5

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на счетчик и на паспорт.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки:

Счетчик	- 1 шт.	
Паспорт	- 1 шт.	
Гайка	- 2 шт.	Поставляется
Прокладка	- 2 шт.	по
Штуцер	- 2 шт.	требованию
Датчик импульсов	- 1 шт.	заказчика

### ПОВЕРКА

Поверку счётчиков проводят по ГОСТ 8.156 „ГСИ. Счётчики холодной воды. Методы и средства поверки“ с учётом требований МС ИСО 4064 в части значений поверочных расходов, а также по МИ 1592-99 (ВНИИМС Госстандарта России).

Относительную погрешность счётчиков определяют на трёх поверочных расходах (максимальном, переходном и минимальном). Значения поверочных расходов приведены в таблице 3.

Межповерочный интервал счетчиков – 5 лет.

Таблица 3.

Метрологический Класс	Номинальный расход м <sup>3</sup> /ч Q <sub>n</sub>	Поверочный расход м <sup>3</sup> /ч		
		Максимальный Q <sub>max</sub>	Переходный Q <sub>t</sub>	Минимальный Q <sub>min</sub>
A	0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 6,0; 10,0	2Q <sub>n</sub>	0,1Q <sub>n</sub>	0,04Q <sub>n</sub>
B	0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 6,0; 10,0	2Q <sub>n</sub>	0,08Q <sub>n</sub>	0,02Q <sub>n</sub>
C	0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 3,5; 6,0; 10,0	2Q <sub>n</sub>	0,06Q <sub>n</sub>	0,01Q <sub>n</sub>

## НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Счётчики соответствуют ГОСТ Р 50193 «Измерение расхода воды в закрытых каналах. Счетчики холодной питьевой воды.» ГОСТ 50601, «Счётчики воды крыльчатые. Общие технические условия», МС ИСО 4064 «Измерение расхода воды в закрытых трубопроводах. Счётчики для холодной питьевой воды. Спецификация», МР МОЗМ N.49 «Счётчики для измерения холодной воды» и НТД изготовителя.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счётчики ЕТК и их модификации соответствуют требованиям распространяющихся на них НТД.

Изготовитель: фирма «КАРЛ АДОЛЬФ ЦЕННЕР Вассерцелерфабрик ГмбХ»  
Römerstadt 4, 66121 Saarbrücken, Deutschland.

Начальник отдела ВНИИМС

В. В. Мардин

