

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА



СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИМС

А.И. Асташенков

20.12.1994 г.

Измерительные устройства для  
учета нефтепродуктов моделей  
ZCE 10 и ZCE 11 фирмы "SATAM"  
Франция.

Внесены в Государственный  
реестр средств измерений  
Регистрационный N\_14370-94

Выпускаются по технической документации фирмы "SATAM", Франция.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Измерительные устройства для учета нефтепродуктов моделей ZCE 10 "АГАТ" и ZCE 11 "АМЕТИСТ" предназначены для измерения объема сливаемых самотеком нефтепродуктов.

Модель ZCE 10 "АГАТ" предназначена для установки на транспортные средства, перевозящие жидкые нефтепродукты.

Модель ZCE 11 "АМЕТИСТ" предназначена для установки в непосредственной близости от резервуаров хранения, в которые жидкые нефтепродукты сливаются под действием силы тяжести (самотеком) из транспортных средств. При необходимости за ZCE 11 может быть установлен центробежный насос, который не являясь самоуправляемым, подает жидкость в резервуар, находящийся на геометрической высоте большей, чем транспортное средство.

**ОПИСАНИЕ.**

Измерительные устройства для учета нефтепродуктов ZCE 10 и ZCE 11 состоят из воздухоотвода с вмонтированным фильтром, счетчика ZC 17-80/80 с механическим индикатором, разрешающего клапана и визуального индикатора позволяющего вести наблюдение за проходом жидкости. Визуальный индикатор, так же позволяет следить за процессом удаления воздуха с помощью воздухоотвода и разрешающего клапана.

**ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

Рабочие жидкости	Бензин, нефть, дизельное топ- ливо, топочный мазут
Максимальный расход, м3/ч	60
Минимальный расход, м3/ч	8
Максимальное давление, МПа.	10
Основная погрешность изменений объема жидкости, (%) не более	1,0
Единица индикации объема, л	1
Минимальная измеря- емая доза, л	1000

**ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА**

Знак утверждения типа может наносится на фирменную табличку изделия или на техническую документацию фирмы.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность поставки измерительных устройств для учета нефтепродуктов моделей ZCE 10 и ZCE 11, по технической документации фирмы "SATAM", Франция.

### ПОВЕРКА

Измерительные устройства для учета нефтепродуктов моделей ZCE 10 и ZCE 11, поверяются по методике ВНИИМС.

Средства поверки:

тнегники образцовые 2-го разряда, емкостью 200, 500, 1000, 2000 и 5000 литров;

Межповерочный интервал - 1 год.

### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы изготовителя.


### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерительные устройства для учета нефтепродуктов моделей ZCE 10 и ZCE 11, соответствуют требованиям технической документации фирмы "SATAM", Франция.

Изготовитель: фирма "SATAM", Франция.

5rue des Chardonnerets  
ZAC Paris Nord II  
93290 TREMBLAY EN FRANCE  
FAX: 33(1) 48 63 74 63

Вед. инженер ВНИИМС

  
Н.Е.Горелова

Вед. инженер ВНИИМС

  
А.А.Гущин