

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель директора ВНИИР  
по научной работе, начальник  
ГЦИ СИ ВНИИР

М. С. Немиров  
" " " " 19 " г.

Автотопливозаправщик АТЗ-7-43202	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № <u>14478-95</u> Взамен № _____
-------------------------------------	---

Выпускается по техническим условиям ТУ 306-109-38-93

### НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Автотопливозаправщик АТЗ-7-43202 предназначен для транспортировки и механизированной заправки светлыми нефтепродуктами автомобилей, различных механизмов, машин с одновременным учетом объема выдаваемого топлива, а также для кратковременного хранения нефтепродуктов.

Автотопливозаправщик является мерой полной вместимости для приема и отпуска топлива.

### ОПИСАНИЕ

Автотопливозаправщик смонтирован на шасси автомобиля Урал-43202. Автотопливозаправщик оборудован цистерной, насосом, счетчиком жидкости, дыхательным клапаном, заливным и смотровым люками, сливным устройством для слива топлива самотеком, ящиками и пеналами для размещения ЗИП.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, м <sup>3</sup> (л)	7 <sup>+0,14</sup> (7000 <sup>+140</sup> )
Пределы допускаемой относительной погрешности цистерны, %, равны	± 0,5
Пределы относительной погрешности измерительного устройства топливо-раздачи, %, равны	± 0,5
Расход, л/мин	230
Плотность нефтепродуктов, г/см <sup>3</sup> , не более	0,86
Габаритные размеры, мм, не более	8050x2500x2900
Полная масса, кг, не более	15300

### ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку фотохимическим способом и на паспорт типографским способом.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит: АТЗ-7-43202, индивидуальный комплект ЗИП согласно ведомости ЗИ, комплект эксплуатационной документации согласно ведомости ЭД, инструкция по поверке.

### ПОВЕРКА

Поверка автотопливозаправщика производится по "Инструкции. Автотопливозаправщик АТЗ-7-43202. Методика поверки".

Межповерочный интервал - 2 года.

Средства поверки:

мерники образцовые 2-го разряда, вместимостью 10, 50, 100, 200, 500 л ТУ 50.502-85.

### НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Технические условия 306-109-38-93

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Автотопливозаправщик АТЗ-7-43202 соответствует требованиям технических условий 306-109-38-93.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АО "Завод "Строммашина".

Главный инженер  
АО "Завод "Строммашина"



Г.И.Доронин