

Подлежит публикации
в открытой печати



1 июня 2000 г.

| | |
|---|---|
| Дозатор весовой автоматический для свеклы ДС-800 | Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер № <u>1462-00</u> Взамен № <u>1462-61</u> |
|---|---|

Выпускается по техническим условиям ТУ У 05755111.001-99 Украины.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Дозатор весовой автоматический для свеклы ДС-800 предназначен для взвешивания и учета сахарной свеклы, поступающей на дозатор непрерывным потоком.

Область применения - сахарные заводы.

ОПИСАНИЕ

В дозаторе использован принцип автоматического уравновешивания силы тяжести дозируемого продукта массой гирь, помещенных в гиродержатель.

Управление дозатором - электрическое.

Дозатор дискретного действия, стационарный.

Дозатор состоит из двух рам, связанных между собой балками и впускной воронкой с заслонкой. На кронштейны рам опираются грузоприемные рычаги весового рычажного механизма. На грузоприемные рычаги подвешено грузоприемное устройство с открывающимся днищем. На правом конце грузоприемного рычага подвешен гиродержатель.

Избыток продукта в грузоприемном устройстве свыше 800 кг уравновешивается квадрантом, верхний ряд циферблата счетчика регистрирует фактическую величину избытка, а нижний ряд циферблата счетчика фиксирует дозу 800 кг. Количество дозируемого продукта определяется как сумма показаний верхнего и нижнего ряда счетчика.

Вид климатического исполнения - УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.

Основные технические характеристики

| Наименование основных параметров | |
|--|--|
| Номинальное значение массы, кг | 800 |
| Значение избыточной массы дозы, кг, не более | 35 |
| Наибольший предел производительности, т/ч | 100 |
| Класс точности по ГОСТ 10223 | 1 |
| Отношение плеч рычажной системы | 1:10 |
| Питание дозатора от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением, В | +22 220 ₃₃ ⁴⁴ |
| Потребляемая мощность, кВ·А | 1,7 |
| Счетчик - механический двухрядный: нижний ряд суммирует дозы, кг верхний ряд суммирует избыток, кг | 800 сверх 800 |
| Габаритные размеры, мм | 2530 |
| длина | 1800 |
| ширина | |

Продолжение таблицы

| | |
|-------------------------------------|-------|
| высота при закрытом днище | 2600 |
| высота при открытом днище | 3040 |
| Масса (с гилями), кг | 2520 |
| 10. Средняя наработка на отказ, ч | 25000 |
| 11. Полный средний срок службы, лет | 10 |

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на табличку дозатора фотохимическим способом, на эксплуатационную документацию - типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- дозатор в частично разобранном виде;
- комплект ЗИП;
- комплект гирь специальных;
- комплект эксплуатационной документации.

ПОВЕРКА

Проверка дозатора весового автоматического для свеклы ДС-800 производится в соответствии с разделом "Методика поверки" руководства по эксплуатации 189 РЭ, согласованной с Житомирским ЦСМС в 2000 г.

Для поверки используются гири образцовые IV разряда ГОСТ 7328-82.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 10223 "Дозаторы весовые дискретного действия. Общие технические требования".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дозатор весовой автоматический для свеклы ДС-800 соответствует ТУ У 05755111.001-99 и ГОСТ 10223.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ОАО "Приборостроитель" (ОАО «Приладобудівник»), Украина
260000, г. Овруч Житомирской обл., ул. Металлистов, 10

Председатель правления
ОАО "Приборостроитель"

В.Н. Диброва

Начальник лаборатории испытаний
средств измерения массы и силы

С.А. Павлов