

**ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА**



СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИМС

А.И.Астаменков

" " 1995 г.

Измерительно-управляющая система
"SYSTEME DIS" для автозаправочных
станций, производства фирмы "SATAM"
Франция.

Внесен в Государственный
реестр средств измерений
Регистрационный № 14781-95

Взамен № _____

Выпускаются по документации фирмы "SATAM", Франция.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Измерительно-управляющая система "SYSTEME DIS", фирмы "SATAM", Франция, предназначена для оснащения топливозаправочных станций, осуществляющих прием топлива в резервуары и его выдачу в топливные баки автотранспортных средств или тару потребителя.

Область применения системы - автозаправочные станции, осуществляющие расчет с покупателями за наличные деньги и по магнитным карточкам.

ОПИСАНИЕ

Система "SYSTEME DIS", фирмы "SATAM", Франция, состоит из пульта управления, блока питания с периферийным контроллером, принтера, топливогодаточных колонок фирмы "SATAM", автомата для расчета по магнитным карточкам, программного обеспечения и ряда других сервисных устройств.

Система "SYSTEME DIS", фирмы "SATAM", позволяет получать распечатанные отчеты о работе станции.

На экране пульта управления отображается следующая информация - объем выданной дозы топлива в литрах, стоимость выданного топлива, марку топлива, цену одного литра топлива и суммарное количество топлива, прошедшего через колонки и другие данные о состоянии топливозаправочной станции.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Количество обслуживаемых колонок	до 16
Количество автоматов для оплаты банкнотами	1
Количество автоматов для оплаты магнитными карточками	до 6
Погрешность измерения доз топлива	не более 0,25%
Внешние и внутренние интерфейсы	RS 232 С
Электропитание от сети переменного тока:	
напряжение	220В +10%/-15%
частота	50+/-1Гц
Потребляемая мощность	60 Вт
Диапазон рабочей температуры	+5...+40 град.С

Габаритные размеры, мм 390x345x330

Масса, кг 9

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа не наносится.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки в соответствии с технической документацией фирмы "SATAM", Франция.

ПОВЕРКА

Проверка производится по методическим указаниям МИ 1864-88 "ГСИ. Колонки топливораздаточные. Методика поверки."

Средства поверки:

Мерники образцовые 2-го разряда вместимостью 10, 20, 50 и 100 л по ТУ 50.502-85.

Передвижная поверочная лаборатория ППЛ-ТМ.

Межповерочный интервал - I год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы "SATAM", Франция, и ГОСТ 9018 "Колонки топливораздаточные".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Измерительно-управляющая система "SYSTEME DIS" соответствует технической документации фирмы "SATAM", Франция.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ - Фирма "SATAM", Франция.

5, RUE DES CHARDONNERETS
ZAC PARIS NORD II
93290 TREMBLAY-EN-FRANCE
FAX: (1) 48-63-74-63

Вед. инженер ВНИИМС

Вед. инженер ВНИИМС


А.А.Гущин


Н.Е.Горелова