

СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
РОСТЕСТ-МОСКВА

Б.С. Митяев
17.03

Б.С. МИТЯЕВ

1996 г.



Весы типа VM	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № I5295-96 Взамен № _____
--------------	--

Весы типа VM выпускаются по технической документации фирмы "VETTA Macchi "S.p.A. /Италия/.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Весы -циферблатные, предназначены для статического взвешивания продуктов и полуфабрикатов в процессе производства пищевой продукции.

Область применения - предприятия торговли, различных отраслей промышленности и сельского хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Весы VM - настольного исполнения, цельнометаллические, состоят из грузоприемного устройства, рычажного механизма и циферблатного указателя.

От грузоприемного устройства нагрузка через рычажный механизм передается циферблатному указателю и автоматически уравнивается. По круговой шкале циферблатного указателя производится визуальный отсчет массы груза.

Весы VM имеют модификации VM 4 и VM 10.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение	Пределы взвешивания, кг		Цена деления, г	Интервалы взвешивания, кг	Пределы допускаемой погрешности		Габаритные размеры не более, мм	Габаритные размеры грузоприемной платформы не более, мм	Масса не более, кг
	Наибольший	Наименьший			при повседневной работе, ± г	при эксплуатации, ± г			
VM 4	4	0,02	1	от 0,02 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 2 вкл. св. 2	0,5 1,0 1,5	1,0 1,5 2,5	295x420x710	340x310	20

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
VM 4	4	0,02	1	от 0,02 до 0,5 вкл. св. 0,5 до 2 вкл. св. 2	0,5 1,0 1,5	1,0 1,5 2,5	295x420x710	340x310	20

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
VM10	10	0,1	5	от 0,1 до 2,5 вкл. св. 2,5	2,5 5,0	5,0 7,5	295x420x710	340x310	20

Класс точности по ГОСТ 29329
 Диапазон рабочих температур, °С

средний
 -10.....+40

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на эксплуатационную документацию.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входит:

- весы 1 шт.
- руководство по эксплуатации 1 шт.

ПОВЕРКА

Поверка производится в соответствии с ГОСТ 8.453.
 Основное поверочное оборудование - гири IV разряда ГОСТ 7328.
 Межповерочный интервал 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Документация фирмы, ГОСТ 29329.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Весы типа **VM** соответствуют нормативным документам.

Изготовитель фирма " **VEGTA Macchi** "
 210040 Santo Stefano A.
 Varese (ITALIA).

Начальник лаборатории 444
 Ростест-Москва

Главный специалист лаборатории 444
 Ростест-Москва


 В.П. ЛОПАТИН


 Р.И. КУПЕРМАН