


ОПИСАНИЕ ТИПА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

СОГЛАСОВАНО



Зам.директора III ВНИИМ
им. Д. И. Менделеева

Б. С. Александров

12 1996 г.

Гири общего назначения
3-го класса типа КГ-3

Внесены в Государственный
реестр средств измерений

Регистрационный № I6034-97

Взамен № 716-70

Выпускаются по ГОСТ 7328-82

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Гири общего назначения 3-го класса типа КГ-3 предназначены для определения массы веществ при проведении технических анализов и взвешиваний драгоценных металлов с повышенной точностью и выпускаются в виде комплектов, наборов и отдельных гирь.

ОПИСАНИЕ

Гири общего назначения 3-го класса типа КГ-3 номинальной массой от 1 до 20 кг имеют форму цилиндров с головками и изготавливаются из углеродистой стали.

Гири имеют подгножную полость, отверстие которой расположено на основании гири и закрыто резьбовой пробкой. Пробка фиксируется закрепительным штифтом из алюминиевого сплава для нанесения клейма поверителя.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Допускаемые отклонения от номинального значения массы гирь, вновь изготовленных и выпускаемых после ремонта, не должны превышать абсолютных значений, указанных в таблице.

Номинальное значение массы гирь, кг	Допускаемое отклонение (\pm), мг
1	15
2	30
5	75
10	150
20	300

2. Допускаемые отклонения от номинального значения массы гирь, находящихся в применении, не должны превышать удвоенных абсолютных значений, указанных в таблице.

3. Срок службы гирь не менее 10 лет.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа средств измерений нанесен на наружную поверхность крышки футляра и на паспорт.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Гири, наборы или комплекты, составленные из них, укладываются в футляры с приложением паспорта и салфетки.

ПОВЕРКА

Проверка гирь 3-го класса производится методом сличения по МИ Г747-87 с использованием образцовых весов и гирь II разряда.

Межпроверочный интервал - I год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 7328-82 "Меры массы общего назначения и образцовые. Технические условия".

МИ Г747-87 "Методические указания. Меры массы образцовые и общего назначения. Методика поверки".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гири общего назначения 3-го класса типа КГ-3 соответствуют требованиям ГОСТ 7328-82.

Изготовитель завод "Госметр" Министерства промышленности РФ,
192007, г.Санкт-Петербург, ул.Курская, д.28/32.



Генеральный директор
завода "Госметр"

 В.П.Прядилов