

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА

СОГЛАСОВАНО

Директор ВНИИМС

А.И.Асташенков

05 1997г.



Теплосчетчики UNIMEX IR

**Внесены в Государственный
реестр средств измерений
Регистрационный № 16223-97
Взамен №**

Выпускаются по технической документации фирмы "PREMEX s.r.o.", Словакия.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Теплосчетчик UNIMEX IR (далее - теплосчетчик) предназначен для измерения и коммерческого учета параметров теплоносителя и тепловой энергии, потребляемой в открытых и закрытых сетях горячего водоснабжения на объектах коммунального хозяйства.

ОПИСАНИЕ

Теплосчетчик состоит из :

- тепловычислителя КПР;
- преобразователей расхода Volumex VLX 15П, MP 400П, водосчетчиков МТ-QN...AH, MT-QN...AHF;
- первичных преобразователей температуры OT5;
- датчиков импульсов типа ОРТО или REED.

Тепловычислитель (ТВ) выполнен в виде микропроцессорного устройства, которое обеспечивает вычисление и хранение всех рассчитываемых параметров. ТВ работает совместно с расходомерами, устанавливаемыми на подающем или обратном трубопроводах, а также в сети горячего водоснабжения (ГВС).

Значения измеряемых величин, тестов, кодов ошибок указываются на жидкокристаллическом индикаторе.

ТВ осуществляет вычисление, хранение, индикацию и выдачу на печать через интерфейс RS232 следующих параметров, измеряемых в подающем, обратном и ГВС трубопроводах:

- количества тепловой энергии в ГДж (ккал);
- объемного расхода теплоносителя в м³/ч;
- массового расхода теплоносителя в т/ч;
- массы теплоносителя в тоннах;
- температуры теплоносителя в °C;
- разности температур теплоносителя в °C;
- потребляемой тепловой мощности кВт;
- времени работы теплосчетчика;
- заводской номер теплосчетчика.

В ТВ имеется возможность подключения двух дополнительных счетчиков и двух преобразователей температуры.

Информация от ТВ и его программирование осуществляется компьютером через интерфейс RS485.

Тепловой коэффициент зависит от значений температур в подающем и обратном трубопроводах и определяется на основе разработанного алгоритма.

В случае прекращения подачи электропитания, сохранение информации обеспечивается с помощью встроенной литиевой батареи.

Принцип действия счетчиков основан на измерении числа оборотов турбинки, вращающейся пропорционально скорости потока, поступающего через входной патрубок корпуса в измерительный преобразователь и далее в выходной патрубок корпуса.

Число оборотов крыльчатки пропорционально количеству протекающей через счетчик или преобразователь воды. Сигнал от счетчика или преобразователя поступает в ТВ.

При использовании преобразователя индукционного расходомера МР 400П при прохождении электропроводной жидкости через магнитное поле преобразователя в ней, как в движущемся проводнике, наводится электродвижущая сила, пропорциональная средней скорости потока (расходу жидкости).

Напряжение между двумя электродами, находящимися в контакте с жидкостью, поступает на измерительный преобразователь и в виде последовательности импульсов передается на вход тепловычислителя.

Параметры преобразователей и счетчиков приведены в Приложении.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Предел допускаемой относительной погрешности при измерении количества теплоты (при разности температуры в подающем и обратном трубопроводах), %:

$$3^{\circ}\text{C} \leq \Delta T < 10^{\circ}\text{C} \quad \delta_Q \leq \pm 6,0;$$

$$10^{\circ}\text{C} \leq \Delta T < 20^{\circ}\text{C} \quad \delta_Q \leq \pm 5,0;$$

$$20^{\circ}\text{C} \leq \Delta T \leq 145^{\circ}\text{C} \quad \delta_Q \leq \pm 4,0.$$

Рабочее давление, МПа 1,6

Температура окружающей среды, °C: +5...+55

счетчика (преобразователя) +5...+55

датчика температуры -40...+70

тепловычислителя	0...+55
Напряжение питания переменного тока, В	220 (+10/-15%)
	частотой 50±1 Гц
Параметры тепловычислителя КПР	
Диапазон температуры теплоносителя, °С	1...150
Диапазон разности температур, °С	3...145
Частота импульсов, не более, Гц	100
Погрешность измерений, %	
$3^{\circ}\text{C} \leq \Delta T < 20^{\circ}\text{C}$	$\delta_Q \leq \pm 1,0;$
$20^{\circ}\text{C} \leq \Delta T \leq 145^{\circ}\text{C}$	$\delta_Q \leq \pm 0,5.$
Относительная погрешность измерения времени, %	$\pm 0,1$
Тип дисплея	жидкокристаллический двустрочный 16-ти разрядный
Потребляемая мощность, не более, ВА	7
Информационный выход	интерфейс RS 232, RS 485
Масса, кг	1,4
Первичные преобразователи температуры OT5	
Номинальная статическая характеристика преобразователя	Pt500
Предел допускаемой абсолютной погрешности преобразования температуры, °С	$\pm 0,06$
Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении разности температур, °С	$\pm 0,05$

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование устройства	Обозначение	Кол. (шт.)	Примечание
1	2	3	4
Преобразователь Счетчик жидкости	Volumex VLX 15П, MP 400П, MT-QN...AH, MT-QN...AHF	1..3	В соответствии с заказом
Тепловычислитель	КПР	1	
Первичные преобразователи со- противления типа	OT5	2 (4)	В соответствии с заказом
Комплект монтажных частей		1	В соответствии с заказом
Эксплуатационная документация		1	

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа не наносится.

ПОВЕРКА

Проверка теплосчетчика производится в соответствии с методикой поверки, разработанной и утвержденной ВНИИМС.

Межповерочный интервал - 4 года.

ОСНОВНОЕ ПОВЕРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Проверочная расходомерная установка, погрешность $\pm 0,3\%$.

Частотомер электронно-счетный типа ЧЗ-57, диапазон частот от 10 Гц до 1 МГц, относительная погрешность $\pm 0,01\%$.

Амперметр типа М1104, ГОСТ 8711, кл. точности 0,2, предел измерения 30 мА.

Магазин сопротивлений Р483, 1...1000 Ом, кл. точности 0,02.

Генератор импульсов Г5-60, диапазон измерения от 20 до $20 \cdot 10^4$ Гц.

Установка УТГ-6В, температура 0...100 $^{\circ}\text{C}$, погрешность $- \pm 0,03\%$.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы.

Международная рекомендация МОЗМ №75. Теплосчетчики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теплосчетчик UNIMEX IR соответствует требованиям международных стандартов и технической документации фирмы "PREMEX s.r.o.", Словакия.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: Фирма "PREMEX s.r.o.", Словакия

Адрес: Nam. Dr. Alberta Schweitzera 194, 916 01 STARA TURA

Телефон: (00421) 834-76-30-28

Факс: (00421) 834-76-41-10

Начальник сектора ВНИИМС

В.И.Никитин

С описанием ознакомлен

Представитель фирмы
"PREMEX s.r.o.", Словакия

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные технические характеристики

Основные параметры и размеры счетчиков воды приведены в табл.1(VOLUMEX VLX 15П), табл.2 (МР 400П) , табл.3 (МТ QN... A (F) 130...K 10)

Таблица1

Ду	мм	50	
Рабочее положение		горизонтальное	вертикальное
Максимальная температура измеряемой воды	°С	150	
Цена импульса	л	0,3508	
Расход воды:			
наименьший (Qmin)	м ³ /ч	0,25	1,2
переходный (Qt)	м ³ /ч	1,2	3
номинальный (Qn)	м ³ /ч	15	15
наибольший (Qmax)	м ³ /ч	30	30
Порог чувствительности	м ³ /ч	0,1	0,25
Номинальное рабочее избыточное давление	МПа	1,6	
Потери давления при Qn	кПа	0,1	
Габаритные размеры, не более :			
длина	мм	270	
высота	мм	220	
ширина	мм	190	
Масса , не более	кг	15	

Таблица 2

Условный диаметр, мм	10	20	40	80	100
Расход, м ³ /ч Qmax Qmin	3,4	13,6	54	120	760
	0,085	0,34	1,36	5,0	38
Предел допускаемой погрешности преобразования, %	±2				
Коэффициент преобразования, л/имп		10		100	
Строительная длина, мм	65	65	96	159	192
Масса, кг	3,3	3,3	4,8	8,5	17,5

Таблица 3

Ду	мм	20	20	25	25	40
Рабочее положение		Горизонтальное, шкалой вверх				
Максимальная температура измеряемой воды	°С	150				
Ёмкость счетного механизма.	м ³	100 000				
Наименьшая цена деления счетного механизма.	дм ³	0,1				
Расход воды:						
наименьший (Qmin)	м ³ /ч	0,03	0,05	0,07	0,085	0,150
переходный (Qt)	м ³ /ч	0,12	0,20	0,28	0,40	0,80
номинальный (Qn)	м ³ /ч	1,5	2,5	3,5	5	10
наибольший (Qmax)	м ³ /ч	3	5	7	10	20
Номинальное рабочее избыточное давление	МПа	1,6				
Потери давления при Qn	кПа	100				
Габаритные размеры, не более :						
высота	мм	190	190	260	260	300
длина	мм	145	150	160	160	185
Масса , не более	кг	2	2	3	3	5,8

Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков (преобразователей) при выпуске из производства и ремонта, %:

в диапазоне от Q_{min} до Q_t

±5

в диапазоне от Q_t до Q_{max}

±2