


ОПИСАНИЕ ТИПА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА



СОГЛАСОВАНО"
 Заместитель директора
 ВНИИ им. Д. И. Менделеева
 В. С. Александров
 01 1997г.

Пикнометр АккуПик 1330	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный N 16430-97 Взамен N
---------------------------	---

Выпускаются фирмой
 "Micromeritics Instrument Corporation", США

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Пикнометр АккуПик 1330 предназначен для измерения плотности порошкообразных и цельных твердых тел.

Применяется для оценки качества строительных материалов, порошков и гранул.

ОПИСАНИЕ

В основе измерения плотности твердых тел положен принцип изменения объема и давления газа в калибровочном объеме при размещении в нем исследуемых твердых тел.

Определение плотности исследуемого вещества, а также калибровка и установка нуля осуществляется автоматически.

Конструктивно пикнометр АккуПик 1330 выполнен в едином настольном комплексе, внутри которого расположены клавиатура, дисплей и камера анализа. Имеется выход на дополнительный принтер.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Объем исследуемых образцов, мл	0,5 ± 100
Предел допускаемой погрешности, %	± 0,03
Среднее квадратическое отклонение (воспроизводимость), %	0,02
Габаритные размеры, мм	311x173x357
Напряжение питания, В	220/240 ± 10 %
	50 Гц
Применяемый газ	гелий 99,995 %

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Наносится на техническое описание.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | | |
|---|---|------------------------|
| 1. Пикнометр АккуПик 1330
2. Техническое описание
3. Методика поверки
4. Управляющий модуль
5. Пакет программ
6. Принтер | } | по специальному заказу |
|---|---|------------------------|

ПОВЕРКА

Поверка пикнометра осуществляется по методике МИ 230-95 .
Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы-изготовителя, ГОСТ 12997.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Пикнометр АккуПик 1330 соответствует технической документации
фирмы-изготовителя, ГОСТ 12997.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Фирма "Micromeritics Instrument Corporation", США.

Начальник отдела Уральского ЦСМ



М. А. Малыгин

Начальник лаборатории ВНИИМ



В. Л. Жутовский

ПРОДАВЕЦ: Московское представительство фирмы "СИ-ЛАБ"
117049, г. Москва, Крымский вал, 4 - 28,
тел. 238-77-51