

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Подлежит публикации
в открытой печати



Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ, ТСМУ-Ex	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 18849-05 Взамен 18849-05
--	---

Выпускаются по техническим условиям ТУ 311-00226253.070-99 " Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ, ТСПУ, ТХАУ, ТСМУ-Ex, ТСПУ-Ex, ТХАУ-Ex ".

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ, ТСМУ-Ex (в дальнейшем – датчики) предназначены для непрерывного измерения и преобразования температуры жидкостей, пара, газов и сыпучих сред в пропорциональный токовый выходной сигнал 0-5 или 4-20 мА по ГОСТ 26.011-80.

Датчики предназначены для работы в системах автоматического контроля, регулирования и регистрации температуры объектов в различных отраслях промышленности, энергетики, коммунального хозяйства, в том числе взрывоопасных производств.

Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: У1.1 – для работы при температуре от минус 40 до плюс 60 °C; УХЛ3.1 - для работы при температуре от минус 10 до плюс 60 °C.

Вибропрочность по группе 3 ГОСТ 12997-84.

Датчики ТСМУ-Ex могут включаться в искробезопасные цепи устройств, имеющих маркировку взрывозащиты ExiaIIB, ExibIIB, допустимые параметры искробезопасных цепей которых (индуктивность и емкость) не менее суммарной индуктивности и емкости соединительной линии и датчика.

Взрывозащищенные датчики ТСМУ-Ex имеют следующую маркировку по взрывозащите:

- «0ExiaIIBT5 X»;
- «1ExibIIBT5 X».

ОПИСАНИЕ

Датчики состоят из измерительных преобразователей с выходным сигналом 0-5 или 4-20 мА, встроенных в головку, и термозондов с различными длинами погружаемой части и чувствительным элементом резистивного типа: медным – ЭЧМ-0193.

Измерительный преобразователь преобразует напряжение, возникшее на термочувствительном элементе, в токовый выходной сигнал.

Искробезопасность электрических цепей датчиков ТСМУ-Ex достигается за счет ограничения тока и напряжения в электрических цепях до их искробезопасных значений, а также за счет выполнения конструкции и схемы датчиков в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51330.0-99 и ГОСТ Р 51330.10-99.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочий диапазон измеряемых температур, °C	От минус 50 до 50; от 0 до 50; от 0 до 100; от 0 до 150; от 0 до 180
Предел допускаемой основной приведенной погрешности, % Предел допускаемой дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур на каждые 10 °C, %	± 0,25 %*; ± 0,5%; ± 1,0% ±0,5 для датчиков с основной погрешностью ±1,0% ±0,2 для датчиков с основной погрешностью ± 0,25%; ± 0,5%
Напряжение питания, В	36 ± 0,72
Напряжение питания для исполнения Ex, В, не более	24
Потребляемая мощность, не более, Вт	0,8
Электрическое сопротивление изоляции, МОм	0,5 (исполнения Ex) 20
Условное давление измеряемой среды, МПа	0,4; 6,3; 10,0
Длина монтажной части, мм	от 80 до 2000 мм
Масса, кг, не более	от 0,3 до 1,02
Средняя наработка на отказ, ч	32000
Средний срок службы, лет	12

* По специальному заказу для датчиков с длиной погружаемой части не менее 120 мм и исключая диапазоны измерений от минус 50 до 50 и от 0 до 50 °C.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на паспортную табличку, укрепленную на головке датчика, и на титульные листы эксплуатационной документации.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- датчик;
- руководство по эксплуатации;
- паспорт.

ПОВЕРКА

Проверка датчиков проводится в соответствии с разделом 2.5 «Методика поверки датчиков» руководства по эксплуатации 2.821.071 РЭ.

В перечень основного поверочного оборудования входят:

- вольтметр цифровой ЩЗ1;
- термостаты: нулевой ТН-12; паровой ТП-5; жидкостной ТРЖ;
- горизонтальная трубчатая печь МТП-2М;
- термометр сопротивления образцовый ПТС-10М;
- образцовый термоэлектрический преобразователь ППО.

Межповерочный интервал – 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 6651-94	Термопреобразователи сопротивления. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 12997-84	Изделия ГСП. Общие технические условия
ГОСТ Р 51330.0-99	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования
ГОСТ Р 51330.10-99	Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип термопреобразователей с унифицированным выходным сигналом ТСМУ, ТСМУ-Ex утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: ООО «Теплоприбор-Сенсор» 454047,

г. Челябинск, ул. 2-я Павловская, 36, т/ф (351) 725-76-60/(351) 725-76-29

Директор

ООО «Теплоприбор-Сенсор»



СКОРОБОГАТОВ А.Е.
ДОВ. № СОТ 200806

К.Ю. Захаров

«08» 11 2006 г