

## Описание типа средств измерения

Утверждаю



Директор ВНИИМС

А. И. Асташенков

1999 г.

Расходомеры ультразвуковые универсальные многофункциональные "Системы 990/1010"	Внесены в Государственный реестр средств измерений. Регистрационный № 18938 - 99 Взамен №
---	---

Выпускаются по документации фирмы «Controlotron Corporation», (США)

### Назначение и область применения

Расходомеры ультразвуковые универсальные многофункциональные "Системы 990/1010" (далее расходомеры) предназначены для измерения количества прошедшей жидкости в напорных трубопроводах, в том числе при учетно-расчетных операциях.

Основными областями применения являются нефтепродуктопроводы, нефтеперерабатывающие предприятия, очистные сооружения, энергетика, нефтехимическая промышленность, целлюлозно-бумажная промышленность, пищевая промышленность.

### Описание

Расходомеры состоят из вычислителя расхода и накладных преобразователей ультразвукового сигнала (датчиков), а так же могут дополнительно включать в свой состав накладные термометры сопротивления и датчик определения толщины стенки трубопровода.

Расходомеры обеспечивают два режима измерения: времязимпульсный и допплеровский.

Времязимпульсный режим базируется на измерении скорости потока по разнице времени прохождения ультразвуковых волн в двух направлениях: по потоку и против потока. Специальная цифровая технология, вносящая калибровочные метки в ультразвуковой сигнал, обеспечивает высокую точность измерения скорости потока и его направления, расхода и количества жидкости.

Допплеровский режим базируется на обработке отраженного ультразвукового сигнала от взвешенных в жидкости частиц или пузырьков газа. Этот режим используется, когда времязимпульсный режим не может быть использован из-за низкой проводимости звука в жидкости, вызванной высокой концентрацией взвешенных частиц.

Накладные преобразователи ультразвукового сигнала (датчики) данных расходомеров выпускаются четырех типов допплеровские (Reflexor), времязимпульсные универсальные (Universal), высокоточные (High Precision) и прецизионные (Ultra).

Монтаж датчиков на трубе выполняется с помощью специализированных монтажных рам со стопорными шипами, что исключает необходимость использования специального измерительного инструмента для контроля взаимного расположения датчиков.

Вычислитель расхода представляет данные измерений как в цифровой, так и в аналоговой форме и снабжен регистратором данных для хранения данных и программы введения параметров объекта измерений (трубопровода). Кроме этого имеется набор данных, по скорости звука в различных жидкостях в зависимости от температуры для идентификации типа жидкости.

Компьютеры расхода имеют два вида исполнения:

- двухканальный для работы с одной или двумя парами датчиков для возможности измерений времязимпульсными датчиками в двух трубопроводах или в одном трубопроводе времязимпульсными датчиками и допплеровскими датчиками;
- многолучевой для измерения расхода по результатам обработки двух или четырех ультразвуковых лучей, излучаемых в различных плоскостях.

При подключении накладного термометра сопротивления вычислитель расхода идентифицирует тип жидкости и представляет информацию о количестве прошедшей жидкости, приведенном к стандартной температуре, в объемных единицах, а так же и в массовых единицах, если в вычислитель была введена плотность жидкости.

При учетно-расчетных операциях дополнительно могут подключаться приборы, измеряющие текущую плотность и давление или эти параметры могут вводиться в вычислитель расхода вручную.

Расходомеры изготавливаются в переносном и стационарном вариантах:

переносные 1010 P, DP, WP, WDP с датчиками Reflexor, Universal, High Precision;

стационарные 1010 N, DN, MN, X, DX с датчиками Reflexor, Universal, High Precision;

стационарные для учетно-расчетных операций 990DVN, 1010DVN, 1010ADN с датчиками High Precision, Ultra;

По конструктивному исполнению расходомеры поставляются в корпусах общепромышленного исполнения, влагозащищенного исполнения, взрывозащищенного исполнения.

### **Основные технические характеристики**

Основные технические характеристики расходомеров приведены в таблицах 1, 2.

**Таблица 1.** Пределы допускаемой относительной погрешности измерения расхода и количества жидкости.

Принцип измерения	Допплеровский	Время-импульсный	Время-импульсный	Время-импульсный	Время-импульсный	Время-импульсный
Количество лучей	1	1	1	2	2	2      4
Тип датчика	Reflexor	Universal	High Precision	Universal	High Precision	Ultra
При выпуске из производства и в эксплуатации без калибровки на месте монтажа	±3%	±2%	±1%	±1,5%	±0,75%	±0,5%
В эксплуатации после калибровки на месте монтажа в диапазоне эксплуатационных расходов не более 1 : 10	±1%	±1%	±0,75%	±1%	±0,5%	±0,25%      ±0,2%

**Таблица 2. Параметры расходомеров.**

Диаметр трубопровода	6 мм - 3800 мм
Толщина стенки трубопровода	0,5 мм - 76 мм
Материал трубы	Металл, пластмасса, керамика и другие звукопроводящие материалы
Рабочие жидкости	Нефть, нефтепродукты, вода и другие звукопроводящие жидкости с содержанием нерастворенных частиц до 1% по объему
Минимальная скорость жидкости	0,3 м/с
Максимальная скорость жидкости	12 м/с
Температура жидкости	-40... +230°C
Величины прямых участков трубопровода:	
- до датчиков	15 Ду
- после датчиков	5 Ду
Выходные сигналы	Аналоговый 4-20 мА, частотный, импульсный, цифровой, RS-232
Дисплей	Скорость, расход, приведенный объем, масса и др.
Исполнение датчиков	IP65, IP68, взрывозащищенное 1Exsd11CT5
Температура окружающей среды	Датчик -25°C...+60°C, в корпусе с подогревом до -60°C Вычислитель расхода 0°C ...+50°C
Исполнение вычислителя расхода	Переносное, стационарное
Дополнительные входные сигналы	Аналоговые токовые (4 – 20mA) и сопротивления (Pt 100; Pt1000), цифровые.
Питание	От внутренних батарей на 4 часа и от внешних батарей на 24 часа непрерывной работы. От сети постоянного тока 9 - 36В. От сети переменного тока 187В...242В и 49Гц...51Гц

**Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа наносится на титульный лист эксплуатационной документации.

**Комплектность**

В комплект поставки входит: расходомер (согласно карте заказа), комплект эксплуатационной документации, методика поверки.

**Поверка**

Поверка расходомера проводится по методике поверки «Расходомеры ультразвуковые универсальные многофункциональные "Системы 990/1010" » утвержденной ВНИИМС 28.10.1999 г.

Основное поверочное оборудование - расходомерные поверочные установки с погрешностью не более 1/3 погрешности поверяемого расходомера.

Межповерочный интервал – 4 года.

**Нормативные документы**

Техническая документация фирмы «Controlotron Corporation », США.

### **Заключение**

Расходомеры ультразвуковые универсальные многофункциональные "Системы 990/1010" соответствуют нормативно – технической документации фирмы.

Изготовитель – фирма «Controlotron Corporation », США.

Адрес: «Controlotron Corporation », 155 Plant Avenue, Hauppauge, NY 11788.

Ведущий инженер ВНИИМС

А. А. Гущин

