

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

В Таблице 1 указаны диапазоны измерений и пределы абсолютной погрешности для модификаций А 903 и А 906:

Таблица 1

Наименование измеряемого параметра	Диапазоны измерений	Пределы абсолютной погрешности
Суммарный угол схождения колес моста (передний и задний мост)	$\pm 48^\circ$	$\pm 3'$
Собственный угол схождения колеса (передний и задний мост)	$\pm 24^\circ$	$\pm 3'$
Угол развала колеса	$\pm 10^\circ$	$\pm 3'$
Угол продольного наклона поворотного шкворня	$\pm 24^\circ$	$\pm 12'$
Угол наклона поворотного шкворня	$\pm 24^\circ$	$\pm 12'$

В Таблице 2 указаны диапазоны измерений и пределы абсолютной погрешности для модификаций А 905, А 929, А 930, А 935:

Таблица 2

Наименование измеряемого параметра	Диапазоны измерений	Пределы абсолютной погрешности
Суммарный угол схождения колес моста (передний и задний мост)	$\pm 48^\circ$	$\pm 2'$
Собственный угол схождения колеса (передний и задний мост)	$\pm 24^\circ$	$\pm 2'$
Угол развала колеса	$\pm 10^\circ$	$\pm 2'$
Угол продольного наклона поворотного шкворня	$\pm 40^\circ$	$\pm 9'$
Угол наклона поворотного шкворня	$\pm 30^\circ$	$\pm 9'$

Максимальные размеры контролируемых колес
Напряжение питания
Потребляемая мощность

от 10 до 19 дюймов
220 В частотой 50 Гц
500 Вт

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус стенда методом наклейки и титульный лист технической документации методом печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки стендов SICE А входят приборная стойка в комплекте с 4 измерительными головками, комплект технической документации и принадлежности, методика поверки, а также устройство для калибровки измерительных головок.

ПОВЕРКА

Поверка стендов SICE A осуществляется в соответствии с методикой поверки "Стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобилей моделей Robolid и Electra фирмы " SimpesFair s.p.a.", Италия, утвержденной ГЦИ СИ ВНИИМС в октябре 1997 г.

Основными средствами поверки являются : квадрант оптический КО-30М и теодолит Т-30.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 25176-82 «Средства диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Классификация. Общие технические требования.»

Техническая документация фирмы-изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Стенды для контроля и регулировки углов установки колес автомобилей SICE A соответствуют требованиям технической документации.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ : фирма «Sice S.p.A.», Италия,

адрес: Via Modena, 34 - 42015 Correggio-RE- Italy

Начальник сектора ВНИИМС



И.В.Осока