

СОГЛАСОВАНО:

Зам. директора ГЦИ СИ ГУП «ВНИИМ
им. Д.И. Менделеева»



В.С. Александров

2000 г.

Счетчики газа мембранные бытовые модели SL-2	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 19597-00 Взамен №
--	--

Выпускается по технической документации фирмы «DAENAM GM CORPORATION», Корея

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Счетчики газа мембранные бытовые модели SL-2 производства фирмы «DAENAM GM CORPORATION» Корея, предназначены для измерения объема газа, прошедшего через счетчик. В качестве рабочей среды могут применяться природный газ, пропан, бутан, их смеси и другие неагрессивные газы.

Основная область применения счетчиков: жилищно-коммунальное хозяйство.

ОПИСАНИЕ

Счетчики газа мембранные бытовые состоят из измерительного устройства, корпуса и отсчетного устройства.

Счетчики выпускаются в двухштуцерном исполнении с резьбовыми соединениями.

Отсчетное устройство роликовое.

Мембраны изготавливаются из синтетического материала.

Корпус изготавливается из алюминиевого сплава, а крышки из листовой стали с дальнейшей окраской.

Измерительное устройство состоит из двух камер с встроенными мембранами, поступательное движение которых преобразуется кривошипно-шатунным механизмом во вращательное и передается отсчетному устройству.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта методом компьютерной графики и на боковой поверхности изделия методом голографии.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- | | |
|--|-------|
| 1. Счетчик мембранный бытовой | 1 шт; |
| 2. Комплект присоединительных штуцеров | 1 шт; |
| 3. Паспорт | 1 шт. |

ПОВЕРКА

Поверка счетчиков газа мембранных бытовых модели SL-2 производится по ГОСТ 8.324-78 «Счетчики газа. Методы и средства поверки» с учетом метрологических характеристик счетчиков на расходах $Q_{\text{мин}}$, $0.1Q_{\text{ном}}$, $Q_{\text{ном}}$, $Q_{\text{мак}}$.

Основные средства поверки:

установка расходомерная газовая с погрешностью $\pm 0,5\%$

Межповерочный интервал – 8 лет.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Международные рекомендации МОЗМ № 6 «Основные требования к объемным газовым счетчикам» и №31 «Объемные газовые счетчики с подвижными измерителями», техническая документация фирмы «DAEHAM GM CORPORATION», Корея

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Счетчики газа мембранные бытовые модели SL-2 соответствуют требованиям международных рекомендаций МОЗМ № 6 и №31 и технической документации фирмы «DAEHAM GM CORPORATION», Корея.

Изготовитель: «DAEHAM GM CORPORATION», Корея.

Адрес: г. Ичхон, Нам Донгу Годяндонг 717-7
(717-7 Gojan-Dong Namdong-Gu Incheon, Korea)
тел. +82-32-816-3382~4

Заявитель: ООО НТЦ «Дальэнергосбережение», Россия

Адрес: 680021, г. Хабаровск, пер. Станционный 12
тел. +7-421234-25-32

Руководитель лаборатории.
ГЦИ СИ ГУП ВНИИМ

 В.И.Мишустин

Представитель ООО НТЦ «Дальэнергосбережение»

