

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ
ФГУ "Татарстанский центр
стандартизации, метрологии и
сертификации"



Г.М. Аблатыпов

2008 г.

Мерник эталонный 1-го разряда М1р-75,7	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № 36990-08
---	---

Изготовлен по технической документации ОАО "Казанский опытный завод "Эталон" зав. № 01, 02.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Мерник эталонный 1-го разряда типа М1р-75,7 предназначен для поверки образцовых мерных баков, входящих в комплект различных технических установок, для поверки компакт-прувера типа SYNCROTRAK, а также для измерения объемного количества жидкости.

Область применения – ОАО "Нефтеавтоматика".

ОПИСАНИЕ

Принцип работы мерника заключается в следующем: мерник установить в вертикальное положение. Рабочую жидкость подать в предварительно смоченный мерник через наливную воронку. После заполнения мерника до отметки номинальной вместимости жидкость слить через сливной кран сплошной струей в поверяемую меру с последующей выдержкой 1 мин на слив капель.

Мерник состоит из резервуара, измерительной горловины, воронки для налива и крана для слива. Для контроля установки мерника в вертикальное положение на корпусе крепится ампула уровня. Корпус мерника устанавливается на стойку, имеющую винты регулировочные для установки мерника в вертикальное положение.

Горловина мерника имеет водоуказательное окно с отградуированной шкальной пластиной.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная вместимость, дм ³	75,7
Пределы допускаемой относительной погрешности при 20° С, %	± 0,02
Габаритные размеры:	
диаметр не более, мм	600
высота не более, мм	1350
Масса не более, кг	50

Рабочая среда - неагрессивные жидкости по отношению к материалам мерника.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на маркировочную табличку, прикрепленную к корпусу мерника. Способ нанесения знака - гравировка.

Знак утверждения типа наносится на титульный лист паспорта типографским способом. Формы и размеры знака по ПР 50.2.009-94.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки мерника входит:

- мерник эталонный - 1
- паспорт - 1

ПОВЕРКА

Поверка мерника эталонного 1-го разряда М1р-75,7, выпускаемого из производства, находящегося в эксплуатации и после ремонта, производится по ГОСТ 8.400 пункт 3.3.1.

Для проведения поверки мерника применяются следующие средства измерений:

- образцовые весы 3 разряда ГОСТ 16474;
- набор образцовых гирь 3 разряда ГОСТ 12656;
- лабораторный термометр с ц.д. 0,1 °С ГОСТ 28498;
- контрольный уровень ГОСТ 3059;
- секундомер по ГОСТ 5072;
- посуда мерная лабораторная ГОСТ 29228.

Межповерочный интервал - 1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 8.400 "Мерники металлические образцовые. Методика поверки".
Техническая документация ОАО "Казанский опытный завод "Эталон".

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип "Мерник эталонный 1-го разряда М1р-75,7" утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.
Изготовитель: ОАО "Казанский опытный завод "Эталон"
420087, г. Казань, ул. А.Кутуя, 124.

Генеральный директор ОАО
"Казанский опытный завод "Эталон"



A handwritten signature in black ink, appearing to read "В.А. Климин".

В.А. Климин