

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель ЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»



В.Н. Яншин

2008 г.

Устройства весоизмерительные 0938, 0948, 0958, Flexmount, Centerlign, SWC515 Pinmount	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>38071-08</u> Взамен № _____
--	--

Выпускаются по технической документации фирмы «Mettler-Toledo AG» (Швейцария).

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройства весоизмерительные 0938, 0948, 0958, Flexmount, Centerlign, SWC515 Pinmount (далее - устройства) предназначены для статического взвешивания твердых, сыпучих, жидких и газообразных веществ, находящихся в емкостях, а также отдельных объектов.

Область применения - предприятия различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, научно-исследовательские организации.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия устройств основан на преобразовании деформации упругих элементов весоизмерительных тензорезисторных датчиков (далее - датчики), возникающей под действием силы тяжести взвешиваемого груза, в аналоговый электрический сигнал. Далее аналоговый электрический сигнал с датчика поступает на весоизмерительный прибор (далее - прибор), в котором он обрабатывается, и истинное значение массы груза индицируется на цифровом табло прибора или передается на устройства регистрации (принтер, компьютер и т.д.).

Конструктивно устройства состоят из комплекта аналоговых тензорезисторных датчиков балочного или колонного типов с узлами встройки, кабелей, соединительных коробов и весоизмерительных приборов (серии ID, серии IND, Hawk, KingBird). Конкретный прибор для конкретного экземпляра устройства выбирается в зависимости от требуемых функциональных возможностей (автономное питание, функции накопления, печати информации, специальные функции и т.д.). Любой из перечисленных приборов допускает подключение компьютера, в том числе промышленного компьютера МЕТТЛЕР ТОЛЕДО, со специальным программным обеспечением или программируемых логических контроллеров с интерфейсами ControlNet, Allen-Bradly, ProfiBus, 4-20 мА, модуль аналогового выхода А100, контроллер точек установок S7SPC.

Ко всем приборам возможно подключение контроллеров типа Anaconda (IND865), 9360, 9361, 9362, 9363, Cobra, расширяющих функциональные возможности устройств, включая программирование функций под конкретные задачи, а также, дополнительных отсчетных устройств (8618, 8624) и принтеров.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1. Вид нагружения: сжатие
2. Количество датчиков, шт., не более: 8;
3. Дискретность (d) и цена поверочного деления (e), кг:
 - для устройств 0958, Flexmount, Centerlign 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50;
 - для устройств 0948, Flexmount, Centerlign 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50;
 - для устройств 0938, Flexmount, Centerlign 0,01; 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50;
 - для устройств SWC515 Pinmount 10; 20; 50;
4. Наибольший предел взвешивания (НПВ), т:

- для устройств 0958, Flexmount, Centerlign от 0,002 до 150;
- для устройств 0948, Flexmount, Centerlign от 0,002 до 150;
- для устройств 0938, Flexmount, Centerlign от 0,002 до 150;
- для устройств SWC515 Pinmount от 0,02 до 150;
- 5. Число поверочных делений: от 500 до 3000 вкл.;
- 6. Диапазон компенсации массы тары: от 0 до НПВ;
- 7. Наименьший предел взвешивания: 20e;
- 8. Класс точности по ГОСТ 29329-92 и МР МОЗМ №76: III-средний;
- 9. Пределы допускаемой погрешности представлены в таблице 1:

Таблица 1

Интервалы взвешивания	Пределы допускаемой погрешности	
	при первичной поверке	при эксплуатации
До 500e вкл.	$\pm 0,5e$	$\pm 1e$
Св. 500e до 2000e вкл.	$\pm 1e$	$\pm 2e$
Св. 2000e	$\pm 1,5e$	$\pm 3e$

- 10. Диапазон рабочих температур, °C:
 - для весоизмерительных датчиков: от -40 до +40
 - для весоизмерительного прибора: от -10 до +40
- 11. Параметры электрического питания:
 - напряжение переменного тока: 220 (+22/-33) В;
 - частота: 50 (± 1) Гц;
 - потребляемая мощность, не более: 300 ВА.
- 12. Габаритные размеры, мм, не более:
 - весоизмерительного прибора 460 x 310 x 690
 - весоизмерительного датчика 280 x 89 x 68
- 13. Масса, кг, не более
 - весоизмерительного прибора 21
 - весоизмерительного датчика 12
- 14. Вероятность безотказной работы за 1000 ч 0,92
- 15. Средний полный срок службы, лет 8

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на весоизмерительный прибор и на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО
1	Датчики весоизмерительные с узлами встройки	1 комплект
2	Соединительные кабели	1 комплект
3	Соединительные корпуса	1 комплект
4	Весоизмерительный прибор	1 шт.
5	Руководство по эксплуатации	1 экз.
6	Методика поверки	1 экз.

Дополнительное оборудование и ЗИП, поставляемые по отдельному заказу в соответствии с Руководством по эксплуатации:

- Программное обеспечение терминала IND 560 для автоматической дозировки (22015562)
- Интерфейсная плата терминала IND 560: Ethernet + COM2: RS-232; COM3: RS-232 / RS-422 / RS-485 (22015563);
- Интерфейс дискретных сигналов (4 входа / 6 выходов) для терминала IND560 (22015564);
- Интерфейс аналогового выхода для терминала IND560. (22015565);
- Интерфейс Аллена-Брэдли для терминала IND560 (22015566);

- Интерфейс Profibus для терминала IND560 панельного исполнения (22015567);
- Интерфейс Profibus для терминала IND560 настольного исполнения (22015568);
- Держатель для настенного крепления терминала IND560 (22015569);
- Набор для пломбировки терминала IND560 (22015570);
- Программный модуль терминала IND690. Счет штук, суммирование(22011941);
- Программный модуль терминала IND690. Ручное составление рецептов, суммирование(22011942);
- Программный модуль терминала IND690. Диалоговый режим связи с компьютером.(22011943);
- Программный модуль терминала IND690. Трехуровневое суммирование (22011944);
- Программный модуль терминала IND690. Автоматическое двухскоростное однокомпонентное дозирование (22011945);
- Программный модуль терминала IND690. Автоматическое двухскоростное многокомпонентное дозирование (22011946);
- Программный модуль терминала IND690. Контроль и классификация. (22011947);
- Программный модуль терминала IND690. Компьютерная программа ручного составление рецептуры (22011948);
- Дополнительный интерфейс ID-Net-690 для подключения цифровых весов к терминалу (22011951);
- Дополнительный интерфейс AnalogScale-690 для подключения аналоговых весов (22011952);
- Дополнительный цифровой интерфейс I/O-690 4 вх/4 вых (22011965);
- Релейный блок 4 вх/4 вых для подключения к интерфейсу 4I/4O-690 (22011967);
- Кабель подключения терминала к релейному блоку. Длина 10 метров. (00504458);
- Адаптер 19 штыр. (00504461);
- Релейный блок 8-690 8 вх/8 вых для подключения к интерфейсу RS485/422-690. (22011968);
- Интерфейс аналогового выхода терминала IND 690 0-10В, 0-20мА (22011966);
- Кабель для аналогового выхода, открытый конец, 3м (00204930);
- Соединитель сопряжения, 5-штекерный (00205538);
- Карта памяти терминала IND690 для хранения данных взвешивания (22011950);
- Кронштейн для настенного крепления терминала IND690. Нержавеющая сталь. (22011980);
- Стойка для напольной установки терминала IND690. Нержавеющая сталь.(22011981)
- Основание стойки для напольной установки терминала IND. Нержавеющая сталь.(22011982)
- Программное обеспечение Drive-780 (22009172)
- Программное обеспечение TaskExpert (22009173)
- Программное обеспечение Drive-780 и TaskExpert (64057889)
- Интерфейс аналоговых весов Analog-Scale-780 (64057418)
- Интерфейс весов PowerCell-780 (64057417)
- Интерфейс весов IDNet-Scale-780 (64057421)
- Интерфейс Serial-780 (RS232 / RS422 / RS485) (64057420)
- Интерфейс ControlNet-780 (64057423)
- Интерфейс Ethernet/IP (64058677)
- Комплект Profibus-Panel-780 (71209096)
- Комплект Profibus-Desk-780 PROFIBUS Desk/Harsh (71209097)
- Интерфейс 4 I/O-780 -4/4 релейных вх/выхода (64057419)
- Интерфейс взрывозащищенный 4 I/O-780- 4/4 вх/выхода (64057422)
- Скоба для настенного монтажа Wall-780 (71209353)
- Станина для монтажа Stand-780 (71207884)
- Набор для пломбировки W&M-780 (64056538)
- ARM100 REMOTE DIG. I/O реле модуль (71209352)
- Блок питания A100/IND110/IND130 (64053820)
- Принтер (8808, 8857, 8863, 8867, GA46, APR310);
- Интерфейсные кабели к принтерам (0900-0309-000, 0900-0243-000, 503755, 0900-0277—000, 0900-0313-000, 0900-0290, 71210304);

- Конвертер 20mA-RS232C для принтеров (0964-0065-000);
- Дополнительный дисплей 8624(8624-0011-000, 8624-0031-000);
- Опто-волоконный интерфейс для дисплея 8624 (0961-0077-000);
- Сетевой кабель для дисплея 8624 (0964-0080-000);
- Конвертер сигналов датчиков веса 9321;
- Программируемая клавиатура 9360;
- Источники питания к клавиатуре 9360 (0964-0013, 0964-0014);
- Модуль памяти к клавиатуре 9360 (0964-0018);
- Интерфейсы к клавиатуре 9360 (0964-0011, 0964-0012, 0964-0047, 0964-0048, 0964-0045, 0964-0046);
- Дополнительные источники питания (00962-0037, 0917-0240);
- Соединительные коробки (TA100831-SS, 0901-0416, 0901-0148, 09-000000, 09-000001, 61005972, 61005973, 61038201, 61038197, 61039987);
- Корпус для аппаратуры обработки X-Purge;
- Модуль аналогового выхода A100;
- Контроллер точек установок S7SPC;
- Преобразователи сигналов RAAD Box, IND 110, IND 130;
- Устройства беспроводной передачи данных (91063900A, 91095000A);
- Графический интерфейс JX01, табло ADI310.
- Барьер отсечки ISB 15 (ISB15000, ISB15X000);
- Имитатор датчика SLC610 (72206152);
- Разделительная плита (72206153);
- Установочные приспособления из углеродистой стали (72206154);
- Установочные приспособления из нержавеющей стали (72206155);
- Пластина термоизоляционная (72207264);
- Ограничитель хода из углеродистой стали (72205444);
- Ограничитель хода из нержавеющей стали (72205445).

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в номера заказа вышеперечисленного дополнительного оборудования и ЗИП.

ПОВЕРКА

Поверка устройств, проводится в соответствии с документом "Устройства весоизмерительные 0938, 0948, 0958, Flexmount, Centerlign, SWC515 Pinmount. Методика поверки", утвержденной ФГУП "ВНИИМС" "11" 06 2008 г.

Основное поверочное оборудование:

- гири класса точности М₁ по ГОСТ 7328-2001,
- силовоспроизводящая машина ЭСМГ-50Т или любая другая силозадающая машина,
- динамометр образцовый 3-го разряда по ГОСТ 9500-84 с НПИ, равным НПВ устройства.

Межповерочный интервал - 1 год

НОРМАТИВНАЯ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

ГОСТ 29329-92 «Весы для статического взвешивания. Общие технические условия».

МР МОЗМ №76-1 «Взвешивающие устройства неавтоматического действия».

Техническая документация фирмы «Mettler-Toledo AG» (Швейцария).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип устройств весоизмерительных 0938, 0948, 0958, Flexmount, Centerlign, SWC515 Pinmount утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске из производства и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ЗАО «Меттлер-Толедо Восток»,
101000, г. Москва, Сретенский бульвар, д. 6/1, стр. 1, кв. 8, 10, 16.

Представитель

ЗАО «Меттлер-Толедо Восток»



Л.С. Петропавловская