


СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ
директор ФГУП ВНИИР



В.П. Иванов

2009 г.

Система измерений расхода и количества топливного газа на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFLO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3	Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>41532-09</u> Взамен № _____
--	---

Изготовлена по технической документации Завода Бензинов ЗБ ОАО «ТАИФ-НК» г. Нижнекамск, зав. №1077.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система измерений расхода и количества топливного газа на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFLO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3, зав. №1077 (далее - СИК топливного газа) предназначена для измерения, хранения, индикации объема (объемного расхода) топливного газа (природного газа) и приведения объема (объемного расхода) топливного газа к стандартным условиям ($t_c=20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_c=293,15\text{ K}$, $P_c=760\text{ мм рт. ст.}$) по ГОСТ 2939, путем автоматической электронной коррекции комплексом измерительно-вычислительным CENTUM модели CS3000R3 показаний расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFLO DY080 по температуре и давлению в соответствии с ПР 50.2.019, при учетных операциях ЗБ ОАО «ТАИФ-НК».

Область применения - ЗБ ОАО «ТАИФ-НК» г. Нижнекамск.

ОПИСАНИЕ

В состав СИК топливного газа входят рабочая и резервная измерительные линии (Ду 80 мм). На рабочей измерительной линии установлены средства измерений объема (объемного расхода), температуры и давления топливного газа, указанные в таблице ниже. При использовании резервной измерительной линии, в случае остановки эксплуатации рабочей измерительной линии, на нее устанавливаются средства измерений объема (объемного расхода), температуры и давления топливного газа рабочей измерительной линии.

СИК топливного газа состоит из измерительных каналов объема (объемного расхода), температуры и давления топливного газа, в которые входят следующие средства измерений: расходомер-счетчик вихревой объемный YEWFLO DY080 (рег. номер 17675-04); преобразователь избыточного давления измерительный EJA 530A (рег. номер 14495-00); термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом TCMY 205Ex (рег. номер 15200-06); комплекс измерительно-вычислительный CENTUM модели CS3000R3 (рег. номер 21532-08).

Взрывозащищенность (искробезопасность) электрических цепей СИК топливного газа при эксплуатации достигается путем применения преобразователей измерительных модели D1000, модификации D1014D (рег. номер 23384-05).

Принцип действия СИК топливного газа заключается в непрерывном измерении и преобразовании при помощи комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 входных сигналов, поступающих от расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFO DY080, преобразователя избыточного давления измерительного EJA 530A и термопреобразователя с унифицированным выходным сигналом TCMY 205Ex, тем самым, СИК топливного газа обеспечивает одновременное измерение следующих параметров потока топливного газа: объем (объемный расход), избыточное давление, температура при рабочих условиях. Далее с помощью комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 по этим параметрам и значению атмосферного давления СИК топливного газа производит вычисление объема (объемного расхода) прошедшего топливного газа, приведенного к стандартным условиям.

Расчет физических свойств топливного газа производится СИК топливного газа с помощью комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 согласно ГОСТ 30319.0, ГОСТ 30319.1, ГОСТ 30319.2 и ГОСТ 30319.3.

СИК топливного газа обеспечивает выполнение следующих основных функций:

- измерение, хранение, контроль и индикацию объема (м^3) и объемного расхода ($\text{м}^3/\text{ч}$) топливного газа при рабочих условиях, текущих значений избыточного давления и температуры топливного газа;
- вычисление, хранение, контроль и индикацию объема (м^3) и объемного расхода ($\text{м}^3/\text{ч}$) топливного газа, приведенных к стандартным условиям;
- возможность передачи измеренных и вычисленных параметров потока топливного газа по цифровому интерфейсу связи комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3;
- защита системной информации от несанкционированного доступа программным средствам, формирование отчетов об измеренных и вычисленных параметрах потока топливного газа.

Состав СИК топливного газа указан в таблице 1:

Таблица 1

Состав СИК топливного газа	зав. №1077
1	2
Комплекс измерительно-вычислительный CENTUM модели CS3000R3	Измеряемый сигнал (модуль AAI141): - 4...20 мА, HART
Расходомер-счетчик вихревой объемный YEWFO DY080	Измеряемый параметр: - объемный расход в рабочем режиме от 28,5 $\text{м}^3/\text{ч}$ до 1140 $\text{м}^3/\text{ч}$
Преобразователь избыточного давления измерительный EJA 530A	Измеряемый параметр: - избыточное давление от 0 до 1,0 МПа
Термопреобразователь с унифицированным выходным сигналом TCMY 205Ex	Измеряемый параметр: - температура от минус 50 до плюс 150 °С
Преобразователи измерительные модели D1000, модификации D1014D	Измеряемый (передаваемый) сигнал: - 4...20 мА, HART

Средства измерения входящие в состав СИК топливного газа обеспечивают взрывозащиту по ГОСТ Р 51330.10 “искробезопасная электрическая цепь” уровня “ib”.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 2

Наименование	СИК топливного газа зав. №1077
1	2
Рабочая среда	Топливный газ (природный газ)

1	2
Рабочий диапазон измерения избыточного давления, МПа	от 0,36 до 0,54
Рабочий диапазон измерения температуры, °С	от минус 23 до плюс 30
Максимальная скорость, м/с	80
Минимальная скорость, м/с	2
Диапазон измерения объемного расхода топливного газа в рабочем режиме, м ³ /ч	от 28,5 до 1140
Диапазон измерения объемного расхода топливного газа, приведенного к стандартным условиям ($t_c=20\text{ }^{\circ}\text{C}$, $T_c=293,15\text{ K}$, $P_c=760\text{ мм рт. ст.}$), м ³ /ч	от 124,8 до 8656,7
Пределы допускаемой относительной погрешности СИК топливного газа при измерении объема и объемного расхода топливного газа расходомером-счетчиком вихревым объемным YEWFO DY080 (импульсный выход), %: - диапазон скоростей, м/с: $2 \leq V < 35$ $35 \leq V < 80$ Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности СИК топливного газа при использовании аналогового выхода (4 - 20 мА) расходомерасчетчика вихревого объемного YEWFO DY080, %	$\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 0,1$
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности СИК топливного газа при измерении избыточного давления топливного газа преобразователем избыточного давления измерительным EJA 530A, %	$\pm 0,25$
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности СИК топливного газа при измерении избыточного давления топливного газа преобразователем избыточного давления измерительным EJA 530A от влияния изменения температуры окружающей среды от нормальной ($23 \pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$) в диапазоне температур от минус $27\text{ }^{\circ}\text{C}$ до плюс $73\text{ }^{\circ}\text{C}$, %/10 °С	$\pm 0,1$
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности СИК топливного газа при измерении температуры топливного газа термопреобразователем с унифицированным выходным сигналом TSMU 205Ex, %	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности СИК топливного газа при измерении температуры топливного газа термопреобразователем с унифицированным выходным сигналом TSMU 205Ex от влияния изменения температуры окружающей среды от нормальной ($20 \pm 5\text{ }^{\circ}\text{C}$) в диапазоне температур от минус $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ до плюс $70\text{ }^{\circ}\text{C}$, %/10 °С	$\pm 0,25$
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности СИК топливного газа при передаче унифицированного токового сигнала (4 - 20 мА) преобразователем измерительным модели D1000, модификации D1014D в комплекс измерительно-вычислительный CENTUM модели CS3000R3, %	$\pm 0,1$

1	2
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности СИК топливного газа при преобразовании комплексом измерительно-вычислительным CENTUM модели CS3000R3 входного токового сигнала (4 - 20 мА) в цифровое значение измеряемого параметра, мкА	± 16
Пределы допускаемой относительной погрешности СИК топливного газа от принятия атмосферного давления за условно-постоянную величину в диапазоне изменения атмосферного давления: от 720 до 780 мм рт. ст., %	$\pm 4,0$
Пределы допускаемой относительной погрешности СИК топливного газа при вычислении комплексом измерительно-вычислительным CENTUM модели CS3000R3 объема и объемного расхода топливного газа, приведенных к стандартным условиям, %	$\pm 0,5$
Пределы допускаемой относительной погрешности СИК топливного газа при измерении объема и объемного расхода топливного газа, приведенных к стандартным условиям, %: - диапазон скоростей, м/с: $2 \leq V < 35$ $35 \leq V < 80$	$\pm 2,1$ $\pm 2,4$
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °C - расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFLO DY 080 (допустимый диапазон от минус 29 °C до плюс 80 °C) - комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 (допустимый диапазон от 0 °C до плюс 50 °C) - преобразователя избыточного давления измерительного EJA 530A (допустимый диапазон от минус 40 °C до плюс 85 °C) - преобразователя измерительного модели D1000, модификации D1014D (допустимый диапазон от минус 20 °C до плюс 60 °C) - термопреобразователя с унифицированным выходным сигналом TCMY 205Ex (допустимый диапазон от минус 50 °C до плюс 70 °C) - относительная влажность окружающей среды, % - расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFLO DY080 - комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 - преобразователя избыточного давления измерительного EJA 530A - преобразователя измерительного модели D1000, модификации D1014D - термопреобразователя с унифицированным выходным сигналом TCMY 205Ex - атмосферное давление, кПа	от минус 29 до плюс 30 от плюс 15 до плюс 25 от минус 29 до плюс 30 от плюс 15 до плюс 25 от минус 29 до плюс 30 от 5 до 100 при температуре 40 °C без конденсации влаги от 20 до 80 без конденсации влаги от 5 до 100 до 90 при температуре 35 °C до 95 при температуре 35 °C от 84 до 106,7
Частота источника переменного тока 220 В, Гц	50 ± 1

1	2
Потребляемая мощность, Вт, не более	250
Габаритные размеры, мм, не более	
- расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFO DY080	200x200x378,5
- преобразователя измерительного модели D1000, модификации D1014D	22,5x99x114,5
- преобразователя избыточного давления измерительного EJA 530A	110x91x170
- комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3 (модуля AAI141)	107,5x32,8x130
Масса, кг, не более	35
Средняя наработка на отказ, ч, не менее	18000
Средний срок службы, лет, не менее	12

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа в соответствии с ПР 50.2.009 наносится на маркировочную табличку «Система измерений расхода и количества топливного газа на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3, зав. №1077», методом шелкографии и на титульный лист паспорта типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплектность СИК топливного газа соответствует таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
1	Система измерений расхода и количества топливного газа на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3.		1 шт.	
2	Система измерений расхода и количества топливного газа на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Руководство по эксплуатации.		1 шт.	
3	Система измерений расхода и количества топливного газа на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Паспорт.		1 шт.	
4	Инструкция. ГСОЕИ. Система измерений расхода и количества топливного газа на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Методика поверки.		1 шт.	

ПОВЕРКА

Поверка СИК топливного газа осуществляется в соответствии с документом «Инструкция. ГСОЕИ. Система измерений расхода и количества топливного газа на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3. Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ ФГУП ВНИИР в апреле 2009 г.

Средства измерений для поверки выбираются в соответствии со следующими документами:

- «Расходомеры-счетчики вихревые YEWFO DY. Методика поверки», утвержденный ГЦИ СИ ВНИИМС в 2004 г.;

- «Преобразователи давления измерительные ЕД. Методика поверки», утвержденный ГЦИ СИ ВНИИМС 18.05.00 г.;

- МИ 2539-99 «Рекомендация. ГСОЕИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки»;

- МИ 2356-2006 «Рекомендация. ГСОЕИ. Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом ТСМУ-055, ТСМУ-205, ТСПУ-055, ТСПУ-205, ТХАУ-205, ТХКУ-205. Методика поверки», утвержденный ФГУП «ВНИИФТРИ» 18.08.2006 г.;

- «Преобразователи измерительные модели D1000. Методика поверки», разработанный и утвержденный ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в декабре 2004 г.

Межповерочные интервалы средств измерений, входящих в состав СИК топливного газа, - в соответствии с описаниями типа на эти средства измерений.

Межповерочный интервал СИК топливного газа - 2 года.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

ГОСТ 2939-63 «Газы. Условия для определения объема».

ГОСТ 30319.0-96 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Общие положения».

ГОСТ 30319.1-96 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств природного газа, его компонентов и продуктов его переработки».

ГОСТ 30319.2-96 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение коэффициента сжимаемости».

ГОСТ 30319.3-96 «Газ природный. Методы расчета физических свойств. Определение физических свойств по уравнению состояния».

ГОСТ Р 51330.10-99 «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11. Искробезопасная электрическая цепь «i»».

ГОСТ Р 8.596-2002 «ГСОЕИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

ГОСТ Р 8.625-2006 «ГСОЕИ. Термометры сопротивления из платины, меди и никеля. Общие технические требования и методы испытаний».

ПР 50.2.009-94 «ГСОЕИ. Порядок проведения испытаний и утверждения типа средств измерений».

ПР 50.2.019-2006 «ГСОЕИ. Методика выполнения измерений при помощи турбинных, ротационных и вихревых счетчиков».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип «Система измерений расхода и количества топливного газа на базе расходомера-счетчика вихревого объемного YEWFO DY и комплекса измерительно-вычислительного CENTUM модели CS3000R3», зав.№1077 утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, включен в действующую

государственную поверочную схему и метрологически обеспечен при вводе в эксплуатацию и при эксплуатации.

Изготовитель: ЗБ ОАО «ТАИФ-НК», Республика Татарстан, 423570,
г. Нижнекамск-11, а/я 20, тел. (8555)38-17-36, факс (8555)38-17-15

Главный инженер ЗБ ОАО «ТАИФ-НК» _____ И.Г. Фатыхов

