

Рабочие условия эксплуатации:

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| - температура окружающей среды, °C | 20±5 |
| - относительная влажность, % | макс. 80% |

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на самоклеящейся бумаге на футляр упаковочный.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

- | | |
|-------------------------------|--------|
| - светофильтр LTF511 | 1 шт.; |
| - светофильтр LTF611 | 1 шт.; |
| - светофильтр LTF711 | 1 шт.; |
| - держатель фильтров | 1 шт.; |
| - футляр упаковочный | 1 шт.; |
| - Руководство по эксплуатации | 1 шт.; |
| - Методика поверки | 1 шт. |

ПОВЕРКА

Поверка осуществляется в соответствии с методикой поверки «Комплект нейтральных светофильтров LT31 FILTER SET LTOF211. Методика поверки», утвержденной ФГУП «ВНИИОФИ» 07.10.2009 года.

Основные средства поверки:

Для поверки используется спектроколориметрическая установка, входящая в состав рабочего эталона единиц координат цвета и цветности ВЭТ 81-1-2003 (в соответствии с поверочной схемой ГОСТ 8.205-90).

Межповерочный интервал -1 год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

1. ГОСТ 8.205-90 ГСИ «Государственная поверочная схема для средств измерений координат цвета и координат цветности».
2. Техническая документация фирмы «Vaisala Oy», Финляндия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип единичного экземпляра зав. № D11102 «Комплект нейтральных светофильтров LT31 FILTER SET LTOF211» утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственным поверочным схемам.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

фирма «Vaisala Oy» (Финляндия).

ЗАЯВИТЕЛЬ:

ЗАО «Институт радарной метеорологии».

Адрес: 188685, Российская Федерация, Ленинградская обл., Всеволожский р-н, пос. Воейково, д. 15

Тел.: (81370) 75-171, тел./факс: (81370) 75-592.

Директор

ЗАО «Институт радарной метеорологии» _____ /А.С. Солонин/