


**Приложение к свидетельству
№ _____ об утверждении типа
средств измерений**



Система измерений количества и показателей качества нефти № 730	Внесена в Государственный реестр средств измерений Регистрационный номер <u>43809-10</u>
---	---

Изготовлена по технической документации ЗАО «ИМС Инжиниринг», г. Москва.

Заводской номер 01

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Система измерений количества и показателей качества нефти № 730, зав. № 01 (далее - СИКН), предназначена для автоматизированных измерений массы и показателей качества нефти при учетных операциях ООО «Спецморнефтепорт Козьмино» при отгрузке нефти в танкеры.

ОПИСАНИЕ

Принцип действия СИКН основан на использовании косвенного метода динамических измерений массы нефти с помощью преобразователей объемного расхода, измерительных преобразователей плотности, преобразователей температуры, избыточного давления, объемной доли воды в нефти. Выходные сигналы измерительных преобразователей поступают на соответствующие входы системы сбора и обработки информации (далее - СОИ), которая преобразует их и вычисляет массу нефти по реализованному в ней алгоритму. По результатам определения массовых долей воды, хлористых солей и механических примесей рассчитывают массу балласта нефти. Массу нетто нефти рассчитывают как разность массы брутто нефти и массы балласта.

СИКН представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированный для конкретного объекта из компонентов серийного производства отечественного и импортного изготовления. Основными компонентами СИКН являются:

- преобразователи расхода жидкости турбинные геликоидные НТМ16 (Госреестр № 38725-08);
- термопреобразователи сопротивления платиновые с унифицированным выходным сигналом ТСРПУ модели 65-644 (Госреестр № 27129-04);
- преобразователь давления измерительный 3051TG (Госреестр № 14061-04);
- преобразователь плотности жидкости измерительный 7835 (Госреестр № 15644-06);
- преобразователь плотности и вязкости жидкости измерительный модели 7829 (Госреестр № 15642-06);
- расходомер UFM 3030 (Госреестр № 32562-06);
- влагомер нефти поточный УДВН-1пм (Госреестр № 38648-08);
- анализатор серы рентгеноабсорбционный SPECTRO 682T (Госреестр № 32215-06);
- комплекс измерительно-вычислительный «ИМЦ-03» (Госреестр № 19240-05);
- термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 (Госреестр № 303-91);
- манометр МТИ-1216 (Госреестр № 1844-63).

Для поверки и контроля метрологических характеристик преобразователей объемного расхода применяют установку поверочную трубопоршневую двунаправленную (Госреестр № 37248-08) 1 разряда.

Конструктивно СИКН выполнена в блочно-модульном исполнении и включает в себя следующие функциональные блоки:

- блок измерительных линий (БИЛ);
- блок измерения показателей качества нефти (БИК);
- трубопоршневая поверочная установка (БПУ);
- эталонная поверочная установка (ЭПУ ТПУ);
- узел подключения передвижной ТПУ (УПП ТПУ);
- узел измерительный резервной системы учета (УРСУ);
- узел регулирования расхода и давления (УРРД);
- система сбора и обработки информации (СОИ).

Монтаж и наладка СИКН осуществлена непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией СИКН и эксплуатационными документами ее компонентов.

Состав и технологическая схема СИКН обеспечивают выполнение следующих функций:

- автоматические измерения объема в рабочем диапазоне объемного расхода, температуры, избыточного давления, плотности, вязкости, объемной доли воды в нефти при рабочих условиях эксплуатации;
- автоматизированное вычисление массы брутто и массы нетто нефти в соответствии с ГОСТ Р 8.595-2004;
- автоматический и ручной отбор проб нефти;
- автоматизированное измерение технологических параметров;
- защита алгоритма и программы измерительно-вычислительного комплекса "ИМЦ-03" и автоматизированных рабочих мест (АРМ) операторов от несанкционированного доступа;
- регистрация и хранение результатов измерений, формирование отчетов, протоколов и актов.

По взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 БИЛ, БИК, БПУ относятся к категории А, УРРД - к категории А_н.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измерений объемного расхода, м³/чот 500 до 14000.

Пределы допускаемой относительной погрешности:

при измерениях объемного расхода, %..... ± 0,15;

при измерениях массы брутто, %..... ± 0,25;

при измерениях массы нетто, %..... ± 0,35.

Диапазон измерений плотности, кг/м³ от 700 до 1100.

Диапазон измерений температуры, °С..... от 5 до 40.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности:

при измерениях плотности, кг/м³ ± 0,30;

при измерениях температуры, °С..... ± 0,20.

Диапазон измерений давления, МПа.....от 0 до 1,6.

Пределы допускаемой приведенной погрешности

при измерениях давления, %..... ± 0,50.

Диапазон измерений динамической вязкости, мПа·с от 0,5 до 100.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности

при измерениях динамической вязкости, %..... ± 1,0.

Характеристики рабочей среды:

Рабочий диапазон плотности нефти при 20° С

и нулевом избыточном давлении, кг/м³от 830 до 860.

Рабочий диапазон давления, МПа..... от 0,9 до 1,1.

Рабочий диапазон температуры, °С.....от 5 до 40.
 Рабочий диапазон динамической вязкости нефти, мПа·сот 4 до 16.
 Массовая доля воды, не более, %.....1,0.
 Массовая доля механических примесей, не более, %.....0,05.
 Массовая концентрация хлористых солей, не более, мг/ дм³900.
 Давление насыщенных паров, не более, кПа.....66,7.
 Содержание свободного газа.....не допускается.
 Режим работы.....периодический, автоматизированный.
 Количество измерительных линий, шт.....7 (Пять рабочих, одна резервная,
 одна контрольно-резервная));

Электрическое питание от сети переменного тока:

- диапазон напряжения, В.....от 342 до 418 или от 198 до 242;
- диапазон частоты, Гц от 49 до 51.

Условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °Сот минус 20 до 50;
- относительная влажность воздуха при 15 °С, %, не более.....96;
- диапазон атмосферного давления, кПа.....от 84 до 106,7.

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- 1 СИКН.
- 2 Руководство по эксплуатации.
- 3 Методика поверки МП 2301-0098-2009 «Система измерений количества и показателей качества нефти № 730»

ПОВЕРКА

Поверка СИКН проводится в соответствии с методикой поверки МП 2301-0098-2009 «Система измерений количества и показателей качества нефти № 730», утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им Д.И. Менделеева» 12 декабря 2009 года.

Основные средства поверки:

- в соответствии с методиками поверки на средства измерений, входящие в состав СИКН.
- Межповерочный интервал – один год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- 1 ГОСТ 8.510-2002 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений объема и массы жидкости».
- 2 ГОСТ Р 8.595-2004 «ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методам выполнения измерений»
3. Техническая документация изготовителя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип системы измерений количества и показателей качества нефти № 730, зав. № 01, утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа и метрологически обеспечен в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «ИМС Инжиниринг»,
115419, Москва, ул. Орджоникидзе д.11, стр.43,
(495) 234-45-05 Факс: (495) 955-12-87

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ИМС Индастриз»,
117312, г.Москва, ул. Вавилова, дом 47А,
тел.:(495) 221-10-50, факс: (495) 221-10-51

Главный метролог ООО «ИМС Индастриз»



А.В. Сафонов