

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Акселерометры низкочастотные линейные АЛЕ 037

Назначение средства измерений

Акселерометры низкочастотные линейные АЛЕ 037 (далее – акселерометры) предназначены для измерения низкочастотных линейных ускорений.

Описание средства измерений

Акселерометры являются средством измерений низкочастотных линейных ускорений в установленном частотном диапазоне измерений.

Акселерометры состоят из объединенных в моноблок чувствительного элемента (ЧЭ) и электронного преобразователя (ЭП).

ЧЭ акселерометра содержит дифференциальный емкостный преобразователь перемещения, дифференциальный магнитоэлектрический преобразователь выходного тока акселерометра в момент силы. Подвижной пластиной дифференциального емкостного преобразователя является металлический маятник, а неподвижными пластинами – напыленные на кварцевое стекло металлизированные слои.

Блок электроники содержит блок питания, высокочастотный генератор для запитки емкостного преобразователя перемещения, предварительный усилитель, одновременно выполняющий функции фазочувствительного выпрямителя, усилитель постоянного тока, фильтр нижних частот и схему термокомпенсации коэффициента преобразования. Датчиком температуры является медная катушка, установленная в основание корпуса.

Акселерометры работают следующим образом: при действии ускорения в направлении измерительной оси маятник отклоняется от своего нейтрального положения, приводя к изменению емкостей емкостного преобразователя перемещения, которое преобразуется в электрическое напряжение, усиливается в усилителе постоянного тока и подается в обмотку обратного преобразователя. Ток, протекающий по обмотке, взаимодействуя с полем постоянного магнита, приводит к появлению момента, стремящегося возратить маятник в исходное состояние. Демпфирование в акселерометре осуществляется пленкой газа, заключенного между обкладками емкостного преобразователя перемещения, и применением специальной коррекции в цепи отрицательной обратной связи акселерометра.

Акселерометры в зависимости от диапазона измерений, коэффициента преобразования, частотного диапазона измерений (ЧДИ) имеют модификации в соответствии с таблицей 1.

В связи с условиями эксплуатации знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

Для предотвращения несанкционированного доступа на корпусе имеется защитная наклейка, без нарушения которой доступ к внутренним частям акселерометра невозможен. Место нанесения защитной наклейки указано на рисунке 1.

Общий вид акселерометров представлен на рисунке 2.

Габаритно-установочные размеры акселерометров представлены на рисунке 3.

Таблица 1 — Классификация акселерометров

Обозначение	Маркировка акселерометра	Диапазон измерений, м/с ²	Коэффициент преобразования, Вх ² /м	ЧДИ, Гц
1	2	3	4	5
СДАИ.402139.005	АЛЕ 037 ±0,7-8	±0,7	от 3,214278 до 3,928562	0-8
-01	АЛЕ 037 ±1,4-8	±1,4	от 1,607139 до 1,964281	0-8
-02	АЛЕ 037 ±2,8-8	±2,8	от 0,803286 до 0,981794	0-8
-03	АЛЕ 037 ±5,6-8	±5,6	от 0,401778 до 0,491062	0-8
-04	АЛЕ 037 ±11-16	±11	от 0,204543 до 0,249997	0-16
-05	АЛЕ 037 ±11-32	±11	от 0,204543 до 0,249997	0-32
-06	АЛЕ 037 ±22-16	±22	от 0,102276 до 0,125004	0-16
-07	АЛЕ 037 ±22-32	±22	от 0,102276 до 0,125004	0-32
-08	АЛЕ 037 ±45-16	±45	от 0,049995 до 0,061105	0-16
-09	АЛЕ 037 ±45-32	±45	от 0,049995 до 0,061105	0-32
-10	АЛЕ 037 ±90-16	±90	от 0,024993 до 0,030547	0-16
-11	АЛЕ 037 ±90-32	±90	от 0,024993 до 0,030547	0-32
-12	АЛЕ 037-01 ±0,7-8	±0,7	от 3,214278 до 3,928562	0-8
-13	АЛЕ 037-01 ±1,4-8	±1,4	от 1,607139 до 1,964281	0-8
-14	АЛЕ 037-01 ±2,8-8	±2,8	от 0,803286 до 0,981794	0-8
-15	АЛЕ 037-01 ±5,6-8	±5,6	от 0,401778 до 0,491062	0-8
-16	АЛЕ 037-01 ±11-16	±11	от 0,204543 до 0,249997	0-16
-17	АЛЕ 037-01 ±11-32	±11	от 0,204543 до 0,249997	0-32
-18	АЛЕ 037-01 ±22-16	±22	от 0,102276 до 0,125004	0-16
-19	АЛЕ 037-01 ±22-32	±22	от 0,102276 до 0,125004	0-32
-20	АЛЕ 037-01 ±45-16	±45	от 0,049995 до 0,061105	0-16
-21	АЛЕ 037-01 ±45-32	±45	от 0,049995 до 0,061105	0-32
-22	АЛЕ 037-01 ±90-16	±90	от 0,024993 до 0,030547	0-16
-23	АЛЕ 037-01 ±90-32	±90	от 0,024993 до 0,030547	0-32
-24	АЛЕ 037 ±5,6-32	±5,6	от 0,401778 до 0,491062	0-32




Рисунок 1 – Место нанесения защитной наклейки от несанкционированного доступа




Рисунок 2 – Общий вид акселерометров




Рисунок 3 – Габаритно-установочные размеры

Метрологические и технические характеристики
представлены в таблице 2.

Таблица 2

Диапазоны измерений низкочастотных линейных ускорений, м/с^2	$\pm 0,7$; $\pm 1,4$; $\pm 2,8$; $\pm 5,6$; ± 11 ; ± 22 ; ± 45 ; ± 90
Частотные диапазоны измерений, Гц	
– для акселерометров с диапазонами измерений $\pm 0,7$; $\pm 1,4$; $\pm 2,8$; $\pm 5,6$	от 0 до 8
– для акселерометров с диапазонами измерений ± 11 ; ± 22 ; ± 45 ; ± 90	от 0 до 16
– для акселерометров с диапазонами измерений $\pm 5,6$; ± 11 ; ± 22 ; ± 45 ; ± 90	от 0 до 32

Продолжение таблицы 2

Коэффициент преобразования, В·с ² /м: – для акселерометров с диапазоном измерений:	$\pm 0,7$ $\pm 1,4$ $\pm 2,8$ $\pm 5,6$ ± 11 ± 22 ; ± 45 ; ± 90	от 3,214278 до 3,928562 от 1,607139 до 1,964281 от 0,803286 до 0,981794 от 0,401778 до 0,491062 от 0,204543 до 0,249997 от 0,102276 до 0,125004 от 0,049995 до 0,061105 от 0,024993 до 0,030547
Смещение нуля, В – для акселерометров с диапазоном измерений низкочастотных линейных ускорений $\pm 5,6$ м/с ² с частотным диапазоном измерений от 0 до 32 Гц – для остальных диапазонов		от минус 0,3 до 0,3 от 2,7 до 3,3
Пределы допускаемой основной приведенной погрешности измерений низкочастотных линейных ускорений, %: – для акселерометров с диапазоном измерений низкочастотных линейных ускорений $\pm 5,6$ м/с ² с частотным диапазоном измерений от 0 до 32 Гц – для остальных диапазонов		$\pm 0,15$ $\pm 0,05$
Пределы среднего квадратического отклонения нелинейности градуировочной характеристики (погрешность аппроксимации), %		$\pm 0,05$
Пределы допускаемой дополнительной приведенной погрешности измерений низкочастотных линейных ускорений в интервале изменения температуры окружающей среды, %		$\pm 0,1$
Диапазон температуры окружающей среды, °С: – для акселерометров с диапазонами измерений низкочастотных линейных ускорений $\pm 1,4$ м/с ² ; $\pm 2,8$ м/с ² ; – для акселерометров с диапазоном измерений низкочастотных линейных ускорений $\pm 5,6$ м/с ² с частотным диапазоном измерений от 0 до 32 Гц – для остальных диапазонов		от минус 50 до 70 от минус 50 до 60 от минус 50 до 50
Напряжение питания, В		$\pm(15 \pm 1,5)$
Ток потребления, мА, не более		25
Габаритные размеры, мм, не более		(□ □ x□ □) x□ □
Масса, кг, не более		0,220

Знак утверждения типа

наносится на титульных листах эксплуатационной документации офсетным способом

Комплектность средства измерений

В комплект поставки входят:

- акселерометр низкочастотный линейный;
- формуляр СДАИ.402139.005 ФО;
- техническое описание и инструкция по эксплуатации СДАИ.402139.005ТО;
- методика поверки СДАИ.402139.005 МП.

Поверка

осуществляется в соответствии с документом СДАИ.402139.005 МП «Акселерометры низкочастотные линейные АЛЕ 037. Методика поверки», утвержденным АО «НИИФИ» 28.10.2015 г.

Основные средства поверки: головка оптическая делительная ОДГЭ-5 (Госреестр № 26906-04, диапазон (0 – 360n) °, погрешность $\pm(5+5\sin\alpha/2)$ с); источник питания постоянного тока Б5-49 (Госреестр № 5969-77, диапазон 0,1 – 99,9 В, 0,001 – 0,999 А, погрешность $\pm(0,5\%U_{уст} + 0,1\%U_{max})$ В, $\pm(1,0\%I_{уст} + 0,2\%I_{max})$ мА); вольтметр В7-16А (Госреестр № 6458-79, диапазон (0 – 1000) В, класс точности (0,05/0,05 – 0,1/0,1)); прибор электроизмерительный многофункциональный Ц-4353 (Госреестр № 5913-77, диапазон (0 – 5000 кОм), погрешность $\pm 1,5\%$); комплекс градуировочный Темп-2 (Госреестр № 21640-01, диапазон воспроизводимых линейных ускорений 5-1500 м/с², относительная среднеквадратичная погрешность воспроизведения ускорений в диапазоне 10-100 м/с² не более 0,2 %, в диапазоне 100 – 1500 м/с² не более 0,03 %).

Сведения о методиках (методах) измерений

Методика измерений содержится в техническом описании и инструкции по эксплуатации СДАИ.402139.005 ТО.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к акселерометрам низкочастотным линейным АЛЕ 037

Акселерометры низкочастотные линейные АЛЕ 037. Технические условия СДАИ.402139.005 ТУ.

ГОСТ 8.577-2002 «ГСОЕИ. Государственная поверочная схема для средств измерений линейных ускорений и плоского угла при угловом перемещении твердого тела».

Изготовитель

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт физических измерений» (АО «НИИФИ»), г. Пенза

ИНН: 5836636246

Володарского ул., д. 8/10, г. Пенза, Российская Федерация, 440026

Телефон: (8412) 56-55-63; Факс: (8412) 55-14-99

E-mail: info@niifi.ru

Испытательный центр

АО «НИИФИ»

Володарского ул., д. 8/10, г. Пенза, Российская Федерация, 440026

Телефон: (8412) 56-26-93, Факс: (8412) 55-14-99

Аттестат аккредитации АО «НИИФИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30146-14 от 06.03.2014 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2016 г.