

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный
ТМСАК 1.0-6.063/ГСП 085

Назначение средства измерений

Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный ТМСАК 1.0-6.063/ГСП 085 (далее – комплекс) предназначен для измерений характеристик направленности и энергетических характеристик апертурных антенн и антенных решеток.

Описание средства измерений

Принцип действия комплекса основан на амплифазометрическом методе измерений характеристик антенн в частотной области методом ближней зоны с планарным сканированием. Оценка нормируемых радиотехнических характеристик испытываемых антенн осуществляется по результатам математической обработки измеренного на плоскости сканирования амплитудно-фазового распределения тангенциальных компонент электромагнитного поля, излучаемого (принимаемого) антенной.

Конструктивно комплекс состоит из:

- шестикоординатного прецизионного горизонтального сканера (далее - сканера), предназначенного для пространственного перемещения антенны-зонда в системе координат (x ; y ; z ; θ ; ϕ ; p) вблизи апертуры (полотна) испытываемой антенной системы, где x , y , z – координаты декартовой системы координат; θ и ϕ – угловые координаты в сферической системе координат; p – угловая координата в плоскости поляризации;
- контроллера управления движения сканера, предназначенного для управления его работой;
- векторного анализатора цепей для измерений отношения амплитуд и разности фаз опорного и зондирующего сигналов (комплексного коэффициента передачи системы «испытываемая антенна – антенна-зонд»). Зондирующий сигнал – это сигнал, подаваемый с выхода анализатора цепей на вход испытываемой антенны, излучаемый ею, далее принимаемый антенной-зондом и поступающий на вход анализатора цепей. Результат измерений комплексного коэффициента передачи системы «испытываемая антенна – антенна-зонд» передается на ПЭВМ, где после его обработки получают значения нормируемых характеристик испытываемой антенны;
- генератора сигналов, функционирующего совместно с векторным анализатором цепей и предназначенного для обеспечения требуемого динамического диапазона измерений комплекса;
- комплекта антенн-зондов, предназначенного для использования при измерениях амплитудно-фазового распределения поля в ближней зоне;
- комплекта СВЧ кабельных сборок и межканальных соединителей, предназначенных для коммутации функциональных узлов комплекса;
- безэховой экранированной камеры, внутри которой размещен комплекс и обеспечивающей заданные условия измерений;
- ПЭВМ, применяемой для управления комплексом в процессе измерений;
- ПЭВМ, применяемой для обработки результатов измерений, их каталогизации и визуализации;
- источников бесперебойного питания для обеспечения корректного завершения работы комплекса при нештатном отключении электропитания.

Внешний вид элементов комплекса приведен на рисунках 1– 8.

Место размещения знака утверждения типа приведено на рисунке 7.

Схема пломбировки от несанкционированного доступа приведена на рисунке 9.




Рисунок 1 – Общий вид конструкции сканера и его размещение внутри безэховой экранированной камеры



Рисунок 2 – Общий вид элементов конструкции сканера




Рисунок 3 – Внешний вид векторного анализатора цепей и его размещение в составе комплекса



Рисунок 4 – Внешний вид генератора сигналов и его размещение в составе комплекса




Рисунок 5 – Внешний вид антенн-зондов диапазона частот от 1 до 4 ГГц




Рисунок 6 – Внешний вид антенны-зонда диапазона частот от 4,0 до 6,063 ГГц



Рисунок 7 – Внешний вид контроллера управления движением сканера



Рисунок 8 – Внешний вид рабочего места оператора с ПЭВМ, предназначенными для управления работой комплекса и обработки результатов измерений




Рисунок 9 – Задняя панель векторного анализатора цепей

Программное обеспечение

Программное обеспечение (ПО) комплекса осуществляет:

- управление элементами комплекса и процессом измерений;
- обработку результатов измерений и получение значений радиотехнических характеристик испытываемой антенны;
- представление радиотехнических характеристик испытываемой антенны в виде соответствующих графиков и диаграмм;
- хранение результатов измерений и радиотехнических характеристик испытываемой антенны.

Программное обеспечение комплекса работает под управлением операционной системы Windows7.

Метрологически значимая часть ПО комплекса представляет собой специализированное программное обеспечение «NFMeas», «NFCalc», «AmrView».

Специализированное ПО «NFMeas» предназначено для настройки комплекса и проведения измерений амплитудно-фазового распределения электромагнитного поля в ближней зоне антенны, для управления векторным анализатором цепей и контроллером перемещения сканера, а также для сохранения всех данных измерения в файлах.

Специализированное ПО «NFCalc» предназначено для расчета нормируемых характеристик направленности и энергетических характеристик антенн на основе результатов измерений в ближней зоне.

Специализированное ПО «AmrView» предназначено для визуализации результатов расчетов, выполненных с помощью специализированного программного обеспечения «NFCalc».

Идентификационные данные (признаки) метрологически значимой части ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные ПО

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
Идентификационное наименование ПО	NFMeas.exe	NFCalc.exe	AmrView.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	5.1.0.0	3.20.1	3.16.60612
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	9DEC2037710B6AB 99B82F25F1200E053 (алгоритм MD5)	90F2307A43D11220 7504337B9CCA9F24 (алгоритм MD5)	FAF113F3C83206EB 863D69624F5D3FC0 (алгоритм MD5)

Защита ПО от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» по Р 50.2.077-2014.

Метрологические и технические характеристики
приведены в таблицах 2, 3.

Таблица 2 - Метрологические характеристики комплекса

Наименование характеристики	Значение
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 1 до 6,063
Пределы допускаемой погрешности измерений амплитудного распределения электромагнитного поля до относительного уровня (при динамическом диапазоне измеренного амплитудного распределения не менее 50 дБ и кроссполаризационной развязке антенны-зонда не менее 20 дБ), дБ: -10 дБ -20 дБ -30 дБ -40 дБ	 $\pm 0,4$ $\pm 0,8$ $\pm 1,2$ $\pm 1,6$
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазового распределения электромагнитного поля при относительном уровне амплитудного распределения (при динамическом диапазоне измеренного амплитудного распределения не менее 50 дБ), ...°: -10 дБ -20 дБ -30 дБ -40 дБ	 ± 3 ± 6 ± 8 ± 10
Пределы допускаемой погрешности измерений относительных уровней амплитудных диаграмм направленности до уровней (при кроссполаризационной развязке антенны-зонда не менее 20 дБ, динамическом диапазоне измеренного амплитудного распределения не менее 50 дБ), дБ: -10 дБ -20 дБ -30 дБ -40 дБ	 $\pm 0,5$ $\pm 1,0$ $\pm 1,5$ $\pm 2,0$

Продолжение таблицы 2.

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазовых диаграмм направленности (при кроссполяризационной развязке антенны-зонда не менее 20 дБ, динамическом диапазоне измеренного амплитудного распределения не менее 50 дБ) при относительных уровнях амплитудных диаграмм, ...°: -10 дБ -20 дБ -30 дБ -40 дБ	 ±3 ±7 ±10 ±12
Пределы допускаемой погрешности измерений коэффициента усиления антенны методом замещения при коэффициенте стоячей волны по напряжению испытываемой антенны не более 2 и погрешности измерений коэффициента усиления эталонной антенны, дБ: 0,5 дБ 0,8 дБ 1,5 дБ 2,0 дБ	 ±0,9 ±1,2 ±2,0 ±2,5
Размер рабочей области сканирования (длина × ширина), м, не менее	13×13
Сектор углов восстанавливаемых диаграмм направленности, ...°, не менее	±65

Таблица 3 - Технические характеристики комплекса

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры сканера (длина × ширина × высота), м, не более	15×15×12
Напряжение электропитания от сети переменного тока частотой (50±1) Гц, В	220±22
Рабочие условия эксплуатации: температура окружающего воздуха, °С относительная влажность воздуха при температуре +20 °С, %, не более атмосферное давление, кПа	 от +15 до +25 80 от 84,0 до 106,7

Знак утверждения типа

наносится на верхнюю панель контроллера управления работой сканера в виде наклейки и типографским способом на титульный лист документа «Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный ТМСАК 1.0-6.063/ГСП 085. Руководство по эксплуатации. ТМСАК 085.006.00Б РЭ».

Комплектность средства измерений

Комплект поставки комплекса приведен в таблице 4.

Таблица 4 – Комплект поставки комплекса

Наименование	Обозначение	Заводской номер	Количество
Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный в составе:	ТМСАК 1.0-6.063/ГСП 085	085	1 шт.
Шестикоординатный прецизионный горизонтальный сканер с комплектом кабель-каналов и кабелей управления, пультом дистанционного управления AL-4146-2L	AL- 4954-1-13М-13М-Н	-	1 шт.
Контроллер управления движением сканера	AL-4164-4МС	-	2 шт.
Векторный анализатор цепей в комплекте с калибровочным набором N85052D	N5222A	-	1 шт.
Комплект антенн-зондов: – антенна-зонд диапазона частот от 1 до 2 ГГц – антенна-зонд диапазона частот от 2 до 4 ГГц – антенна-зонд диапазона частот от 4 до 6,063 ГГц	ТМАЗ 1-2 И ТМАЗ 2-4 И ТМАЗ 4-8 И	1012159 1112160 1112161	1 шт. 1 шт. 1 шт.
Генератор сигналов	N5183A	-	1 шт.
Источник бесперебойного питания	-	-	3 шт.
ПЭВМ	-	-	2 шт.
Безэховая экранированная камера	-	0615010	1 шт.
Компакт-диск с ПО	-	-	1 шт.
Паспорт	ТМСАК 085.006.00Б ПС	-	1 шт.
Руководство по эксплуатации	ТМСАК 085.006.00Б РЭ	-	1 шт.
Методика поверки		-	1 шт.

Поверка

осуществляется по документу 165-17-07 МП «Инструкция. Комплекс автоматизированный измерительно-вычислительный ТМСАК 1.0-6.063/ГСП 085. Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИФТРИ» 30.07.2017 г.

Основные средства поверки:

- аттенуатор ступенчатый программируемый 84908М (регистрационный номер 60239-15 в Федеральном информационном фонде);
- система лазерная координатно-измерительная Leica Absolute Tracker AT401 (регистрационный номер 48561-11 в Федеральном информационном фонде);
- набор мер коэффициентов передачи и отражения 85056А (регистрационный номер 53566-13 в Федеральном информационном фонде);
- антенный измерительный комплект АИК 1-40Б (регистрационный номер 55403-13 в Федеральном информационном фонде).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого комплекса с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке в виде наклейки или оттиска поверительного клейма.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в руководстве по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексу автоматизированному измерительно-вычислительному ТМСАК 1.0-6.063/ГСП 085

ГОСТ Р 8.851-2013 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений ослабления электромагнитных колебаний в диапазоне частот от 0 до 178 ГГц

Техническая документация изготовителя

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ТРИМ СШП Измерительные системы» (ООО «НПП «ТРИМ СШП Измерительные системы»)

ИНН 7804323773

Адрес: 195197, г. Санкт-Петербург, Кондратьевский проспект, д.40, корп.14, литера А, офис 10Н

Телефон: (812) 327-44-56

Факс: (812) 540-03-15

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений»

(ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес: 141570, Московская область, Солнечногорский р-н, п/о Менделеево

Юридический адрес: 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н, рабочий поселок Менделеево, промзона ВНИИФТРИ, корпус 11

Телефон (факс): (495) 526-63-00

E-mail: office@vniiftri.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИФТРИ» в области обеспечения единства измерений № 30002-13 от 07.10.2013 г.

Заместитель

Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п.

« ____ » _____ 2017 г.