

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие ОС 6000е,
ОС 6000е Nexus

Назначение средства измерений

Комплексы измерительно-вычислительные и управляющие ОС 6000е, ОС 6000е Nexus (далее – ИВК) предназначены для измерения электрических сигналов напряжения, силы постоянного и переменного токов, частоты, сопротивления току их преобразования в цифровой код, соответствующий измеряемому физическому параметру и выдачи управляющих воздействий для предупреждения и защиты от аварийных ситуаций.

Описание средства измерений

Принцип действия ИВК основан на измерении входных электрических сигналов, преобразовании их в цифровой код, обработке принятых входных сигналов по заданному алгоритму с последующей их передачей к объекту управления, а также преобразовании цифровых сигналов в аналоговые управляющие сигналы.

Архитектура ИВК подразделяется на три уровня:

1-ый уровень - автоматизированное рабочее место (далее - АРМ).

АРМ обеспечивает возможность управления и контроля технологическим процессом при помощи рабочих станций на базе Windows, включая станции оператора, инженера, архивного хранения данных и станцию для оптимизации технологического процесса. Все станции АРМ выполняют функции резервирования друг для друга. Уровень АРМ и уровень управления технологическими процессами взаимодействуют по резервированной сети UDN управления технологическим процессом в реальном времени. На всех узлах данной сети используется протокол NTP.

2-ой уровень – уровень управления технологическими процессами на основе логических контроллеров.

Логические контроллеры представляют собой интегрированный автономный компьютер, выполняющий восприятие и обработку измерительной информации, выработку управляющих сигналов на первичные датчики (преобразователи) и исполнительные механизмы в виде аналоговых и дискретных сигналов.

3-ий уровень – уровень ввода/вывода данных технологического процесса на основе модулей ввода/вывода.

Модули ввода/вывода служат для преобразования полученной информации от первичных датчиков (преобразователей) (в состав ИВК не входят) и ее передачи на 2-ой уровень, и наоборот.

Взаимодействие между вторым и третьим уровнем осуществляется через Ethernet, IONet по протоколу IEC1588 (для ИВК ОС 6000е) или последовательный порт связи с разъемом DB-9 (для ИВК ОС6000е Nexus).

В составе ИВК также предусмотрены распределенные модули. Это дает возможность пользователю располагать модули ввода/вывода в любом месте предприятия, что минимизирует требования к сигнальным кабелям и значительно снижает уровень электромагнитных помех.

ИВК являются проектно-конфигурируемыми и компонуемыми изделиями и конструктивно представляют собой приборные шкафы.

Функционально ИВК состоят из четырех видов измерительных каналов (далее - ИК):

- ИК измерения и воспроизведения силы постоянного тока,
- ИК измерения и воспроизведения напряжения постоянного и переменного токов,
- ИК частоты,

- ИК температуры.
- В состав каждого ИК входят:
- логические контроллеры;
 - модули измерительные аналоговые ввода/вывода;
 - модули дискретные ввода/вывода
 - связующие компоненты, в качестве которых используются шины передачи данных и сетевые компоненты.

ИВК производятся в двух модификациях ОС 6000е и ОС 6000е Nexus, отличающиеся скоростью передачи информации, входящими компонентами, потребляемой мощностью.




Рисунок 1 – Схема архитектуры комплексов измерительно-вычислительных и управляющих ОС 6000е, ОС 6000е Nexus.



Рисунок 2 – Внешний вид приборного шкафа ИВК ОС 6000е, ОС 6000е Nexus.

Логический
контроллер

Модули
измерительные
аналоговые
ввода/вывода



Рисунок 3 – Компоненты ИВК.



Рисунок 4 – Автоматизированное рабочее место оператора.

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) ИВК обеспечивает взаимодействие операторской с системой управления технологическим процессом ИВК ОС 6000е, ОС 6000е Nexus, связь которой осуществляется по локальной сети Ethernet.

ПО ИВК разделено на 2 части – встроенную и автономную. Встроенная часть ПО является фиксированной и может быть изменена только на заводе-изготовителе.

Все части ПО ИВК относятся к метрологически значимым.

Функции ПО обеспечивают:

- графическое отображение динамики;
- отображение сигналов тревоги;
- трендинг переменных процесса;
- меню панели управления точками;
- обеспечение защиты от несанкционированного доступа.

Уровень защиты программного обеспечения ИВК от непреднамеренных и преднамеренных изменений по МИ 3286-2010 - «С».

Для обеспечения защиты программного обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных изменений в ИВК предусмотрено:

- разделение уровней доступа для различных категорий пользователей;
- защита с помощью паролей, карт-ключей и других специализированных средств;
- регистрация событий в системном журнале;

- формирование архива всех действий пользователей;
- наличие антивирусного программного обеспечения.

Идентификационные признаки программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1 - идентификационные признаки.

Наименование ПО	Идентификационное наименование ПО	Номер версии (идентификационный номер) ПО*	Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм цифрового идентификатора ПО
MPC	MPC	2.5.0	-	CRC16
OC QNX	OC QNX	6.3.0	-	-
BASELOAD-P2-V010305B	BASELOAD-P2-V010305B	-	-	-
FIRMWARE_P2_V010002B	FIRMWARE_P2_V010002B	-	-	-

(*) - и более поздние версии.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики ИВК представлены в таблицах 2, 3, 4.

Таблица 2 – Метрологические характеристики измерительных каналов ввода ИВК ОС 6000е, ОС 6000е Nexus.

Тип ИК	Диапазон входного сигнала	Пределы допускаемой погрешности	Тип модуля
ИВК ОС 6000е			
ИК силы постоянного тока	от 0(4) до 20 мА	$\gamma = \pm 0,1 \%$	MAI10 MVP10 MVP11 MAI12
	от 0 до 20 мА		MSP10
ИК температуры (от термопар типов Т, J, Е, К, N, В, R, S)	от минус 60 до плюс 60 мВ	$\gamma = \pm 0,2 \%$	MAI20 MAI22
ИК температуры (от термопреобразователей сопротивления типов Pt10, Pt100, Cu50, Cu100)	от минус 200 до плюс 850 °С		
ИК напряжения постоянного тока	от 0(1) до 5 В	$\gamma = \pm 0,1 \%$	MAI10 MVP10 MVP11 MAI12
	от 0 до 5 В		MSP10
	от минус 5 до плюс 5 В		MAI10 MVP10 MVP11 MAI12
	от минус 10 до плюс 10 В		MAI10 MAI12
ИК напряжения переменного тока	от 5 до 20 В	$\gamma = \pm 0,1 \%$	MVP10 MVP11
	от 40 мВ до 110 В	в диапазоне от 15 до 135 Гц $\Delta = \pm 0,002 \text{ Гц}$ в диапазоне от 0,01 до 340 Гц $\Delta = \pm 0,01 \text{ Гц}$	MSP10
ИК частоты	от 0 Гц до 20 кГц	$\gamma = \pm 0,01 \%$	MSP10
ИВК ОС 6000е Nexus			
ИК силы постоянного тока	от 0(4) до 20 мА	$\gamma = \pm 0,1 \%$	MAI50 MAI52 MSP50 MVP50 MHT50

Тип ИК	Диапазон входного сигнала	Пределы допускаемой погрешности	Тип модуля
ИК напряжения постоянного тока	от минус 5 до плюс 5 В	$\gamma = \pm 0,1 \%$	MAI50 MAI52 MVP50 MHT50
	от минус 10 до плюс 10 В		MAI50 MAI52 MSP50 MVP50 MHT50
ИК температуры (от термопар типов Т, J, Е, К, N, В, R, S)	от 0 до плюс 128 мВ	$\gamma = \pm 0,2 \%$	MAI51
ИК температуры (от термопреобразователей сопротивления типов Pt10, Pt100, Cu10, Cu50, Cu100)	от минус 200 до плюс 850 °С	$\gamma = \pm 0,2 \%$	MAI51
ИК частоты	от 50 мВ СКЗ до 40 В СКЗ	$\gamma = \pm 0,01\%$	MSP50
	от 3,5 до 7,0 В СКЗ	$\gamma = \pm 0,25 \%$	MVP50
	от 1 Гц до 20 кГц	в диапазоне от 1 до 10 Гц $\Delta = \pm 0,01 \text{ Гц}$	MLP50
		в диапазоне от 10 до 500 Гц $\Delta = \pm 0,05 \text{ Гц}$	
		в диапазоне от 500 до 1000 Гц $\Delta = \pm 0,5 \text{ Гц}$	
		в диапазоне от 1000 до 5000 Гц $\Delta = \pm 1 \text{ Гц}$	
		в диапазоне от 5000 до 10 000 Гц $\Delta = \pm 2 \text{ Гц}$	
		свыше 10000 Гц $\Delta = \pm 5 \text{ Гц}$	

Таблица 3 – Метрологические характеристики измерительных каналов вывода ИВК ОС 6000е, ОС 6000е Nexus.

Тип ИК	Диапазон выходного сигнала	Пределы допускаемой погрешности	Тип модуля
ИВК ОС 6000е			
ИК воспроизведения силы постоянного тока	от 0(4) до 20 мА	$\gamma = \pm 0,2 \%$	MAO10
	от минус 40 до плюс 40 мА	$\gamma = \pm 0,2 \%$	MVP10
	от минус 400 до плюс 400 мА	$\gamma = \pm 0,2 \%$	MVP11
ИК воспроизведения напряжения постоянного тока	от 0 до 5 В	$\gamma = \pm 0,2 \%$	MAO10 MVP10 MVP11
	от 0 до 10 В	$\gamma = \pm 0,2 \%$	MAO10
ИК воспроизведения частоты	от 0 Гц до 20 кГц	$\gamma = \pm 0,01 \%$	MSP10
ИВК ОС 6000е Nexus			
ИК воспроизведения силы постоянного тока	от 0(4) до 20 мА	$\gamma = \pm 0,1 \%$	MAO50
ИК воспроизведения силы постоянного тока	от минус 40 до плюс 40 мА	$\gamma = \pm 0,5 \%$	MVP50
ИК воспроизведения напряжения постоянного тока	от 0(1) до 5 В	$\gamma = \pm 0,1 \%$	MAO50
	от 0 до 5 В	$\gamma = \pm 0,01\%$	MVP50
ИК воспроизведения напряжения переменного тока	от минус 10 до плюс 10 В	$\gamma = \pm 0,5 \%$	MVP50

Нормирование допускаемой погрешности указано без учета погрешности первичных датчиков (преобразователей).

Таблица 4 – Технические характеристики ИВК ОС 6000е, ОС 6000е Nexus.

	ИВК ОС 6000е	ИВК ОС 6000е Nexus
Условия эксплуатации:		
- температура окружающей среды, °С		
контроллеры	от 0 до плюс 65	от 0 до плюс 60
модули	от минус 30 до плюс 65	от минус 30 до плюс 60
- относительная влажность воздуха, %	от 10 до 95 (без конденсации)	от 5 до 95 (без конденсации)
Напряжение питания, В		
- постоянный ток	24	
- переменный ток	110–240	
- частота, Гц	50/60	
Габаритные размеры (ш × г × в), мм, не более	800 × 600 × 2200	
Масса, кг, не более	200	
Потребляемая мощность, Вт, не более	720	480
Наработка на отказ, час	400000	

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на приборный шкаф в виде наклейки, на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплекс измерительно-вычислительный и управляющий ОС 6000e, ОС 6000e Nexus	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.
Руководство по аппаратному обеспечению	1 экз.
Монитор	1 шт.
Программное обеспечение на диске	1 шт.

Поверка

осуществляется в соответствии с документом МИ 2539-99 «ГСИ. Измерительные каналы контроллеров, измерительно-вычислительных, управляющих, программно-технических комплексов. Методика поверки», утвержденным ФГУП ВНИИМС 16 июня 1999 г. с изменением № 1, утвержденным ФГУП «ВНИИМС» 28.11.2011 г.

Основные средства поверки:

Калибратор многофункциональный цифровой Additel (ГР № 54357-13):

- воспроизведение силы постоянного тока с диапазоном от 0 до 22 мА, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm (0,0002 \times I_{\text{изм}} + 0,0011)$ мА;
- измерение частоты электрических сигналов с диапазоном от 1 до 50000 Гц, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm (0,000005 \times F_{\text{изм}} + 0,1)$ Гц;

Измеритель параметров процессов Fluke 787 (ГР № 52020-12):

- измерение силы постоянного тока с диапазоном от минус 1 до 1 А, пределы допускаемой абсолютной погрешности $\pm (0,002 \times I + 0,002 \text{ А})$, где I – показание измерителя.

Калибратор процессов многофункциональный Fluke 725, 726 (ГР № 52221-12):

- воспроизведение напряжения постоянного тока с диапазоном от минус 10 до 10 В, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (0,0002 \times U + 0,002 \text{ В})$, где U – показания калибратора;
- измерение напряжения постоянного тока с диапазоном от минус 30 до 30 В, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (0,0001 \times U + 0,002 \text{ В})$, где U – показания калибратора;
- измерение и воспроизведение напряжения постоянного тока с диапазоном от минус 20 до 20 В, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (0,0001 \times U + 0,002 \text{ В})$, где U – показания калибратора;
- электрическое сопротивление с диапазоном от 0 до 400 Ом, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (0,00015 \times R + 0,05 \text{ Ом})$, где R – показатель калибратора.

Калибратор многофункциональный Fluke 5700A, 5720A с усилителем Fluke 5725A (ГР 52495-13):

- воспроизведение напряжения переменного тока с диапазоном от 0 до 220 В, частота от 40 Гц до 20 кГц, пределы допускаемой основной погрешности $\pm (10^{-6} \times U + 52 + 60 \text{ мкВ})$, где U – показания калибратора.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в соответствующем разделе Руководства по эксплуатации.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к комплексам измерительно-вычислительным и управляющим ОС 6000e, ОС 6000e Nexus

Техническая документация фирм-изготовителей.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Осуществление производственного контроля за соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований промышленной безопасности к эксплуатации опасного производственного объекта (в составе измерительных систем и комплексов).

Изготовитель

GE Drives & Controls, Inc, США
1501 Roanoke Blvd Salem, VA 24153 USA

GE Hungary Kft., Венгрия
East Gate Business Park, F2 building
Akácos, Fót, 2151 Hungary

GE Measurement & Control, Китай
160 Wenjing Rd.,
Minhang, Shanghai 200245
P.R.China

Заявитель

ООО «ДжиИ Рус», г. Москва
Адрес: 123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Тел./Факс: +7(495)739-6811/+7(495)739-6801

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)
Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46
Тел./факс: (495)437-55-77 / 437-56-66;
E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru
Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии

Ф.В. Булыгин

М.п.

«_____» _____ 2014 г.