

Приложение
к приказу Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «02» декабря 2020 г. № 1986

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Блоки регулирования малогабаритные БРМ

Назначение средства измерений

Блоки регулирования малогабаритные БРМ (далее - БРМ) предназначены для измерений силы и напряжения постоянного тока.

Описание средства измерений

Принцип действия БРМ основан на аналого-цифровом преобразовании аналоговых или дискретных входных сигналов, в цифровой код.

Конструктивно блоки регулирования малогабаритные БРМ (далее - БРМ) выполнены в виде платы центрального процессора с установленными на ней мезонинами аналогового ввода и/или дискретного ввода/вывода(до четырех мезонинов): ВАС-4, ВДС-4, ФАС-4, ФДС-4.

На лицевой панели расположены:

- элементы индикации, служащие для отображения текущей информации о параметрах и режимах работы БРМ (светодиоды);
- три кнопки управления («Сбр. Неиспр.», «Авт./Руч.», «Акт./Пас.»);
- розетка «LAN» - для обмена информацией по Ethernet.

Измерительные каналы БРМ формируются на основе мезонинов ввода аналоговых сигналов (ВАС-4) и мезонинов ввода дискретных сигналов (ВДС-4). Каждый мезонин содержит четыре измерительных канала.

Каналы формирования аналоговых и дискретных сигналов БРМ формируются на основе мезонинов формирования аналоговых сигналов (ФАС-4) и мезонинов формирования дискретных сигналов (ФДС-4). Каждый мезонин содержит четыре канала.

БРМ могут применяться для измерений и измерительных преобразований выходных сигналов датчиков технологических объектов, с последующим формированием сигналов управления исполнительными механизмами технологических объектов по установленным алгоритмам управления.

Общий вид БРМ приведен на рисунке 1. Пломбирование БРМ не предусмотрено.




Рисунок 1 - Общий вид БРМ

Программное обеспечение

В состав программного обеспечения БРМ входят:

- базовое программное обеспечение;
- системное программное обеспечение (метрологически значимая часть);
- прикладное программное обеспечение.

Функции метрологически значимой части программного обеспечения: сбора, обработки и передачи измеренных значений по Ethernet.

Конструкция БРМ исключает возможность несанкционированного влияния на программное обеспечение и измерительную информацию.

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Уровень защиты программного обеспечения «высокий» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	fr.exe
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 10.1.1.1
Цифровой идентификатор ПО	недоступен

Метрологические и технические характеристики

Основные метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 2-6.

Таблица 2 - Метрологические характеристики каналов ввода аналоговых сигналов

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений силы постоянного тока, мА	от 0 до 20
Диапазон измерений напряжения постоянного тока, В	от 0 до 10
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону измерений) погрешности измерения силы постоянного тока или напряжения, %	$\pm 0,25$
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону измерений) погрешности в рабочих условиях эксплуатации, %	$\pm 0,25 \cdot (1 + 0,05 \cdot t - t_h)^*$

* где t - температура, при которой проводится измерение, $^{\circ}\text{C}$;

t_h - температура нормальных условий измерений ($t_h = +20$), $^{\circ}\text{C}$.

Таблица 3 - Метрологические характеристики каналов ввода дискретных сигналов

Наименование характеристики	Значение
Тип сигнала	дискретный
Рабочий диапазон входного сигнала постоянного тока, В	от 0 до 24 В

Таблица 4 - Метрологические характеристики каналов формирования аналоговых сигналов

Наименование характеристики	Значение
Диапазон формирований силы постоянного тока, мА	от 0 до 20
Диапазон формирований напряжения постоянного тока, В	от 0 до 10
Пределы допускаемой основной приведенной (к диапазону формирований) погрешности формирования силы постоянного тока или напряжения, %	±0,25
Пределы допускаемой приведенной (к диапазону формирований) погрешности в рабочих условиях эксплуатации, %	±0,25·(1+0,05· t-t _h)*

* где t - температура, при которой проводится измерение, °C;
t_h - температура нормальных условий измерений (t_h = +20), °C.

Таблица 5 - Метрологические характеристики каналов формирования дискретных сигналов

Наименование характеристики	Значение
Тип выходного ключа	беспотенциальный транзисторный ключ
Максимальное коммутируемое напряжение, В	30
Максимальный ток коммутации, А	0,2

Таблица 6 - Общие технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Напряжение питания постоянного тока, В	5,00±0,25 и 24,00±1,20
Ток, потребляемый БРМ, А, не более:	
- от источника питания 5,0 В	0,16
- от источника питания 24,0 В	0,25
Габаритные размеры, мм, не более:	
- высота	129
- ширина	26
- длина	247
Масса, кг, не более	0,3
Нормальные условия измерений:	
- температура окружающего воздуха, °C	20±5
- относительная влажность, %, не более	80
- атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Условия эксплуатации:	
- температура окружающего воздуха, °C	от +10 до +40
- относительная влажность, %, не более	80
- атмосферное давление, кПа	от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет	10
Среднее время наработки на отказ, ч	100000

Знак утверждения типа

наносится на титульные листы эксплуатационной документации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Комплектность приведена в таблице 7.

Таблица 7

Наименование	Обозначение	Количество
Блок регулирования малогабаритный БРМ	-	1 шт.
Паспорт	АВБП.426469.241 ПС	1 экз.
Руководство по эксплуатации	АВБП.426469.241 РЭ	1 экз. на партию до двадцати БРМ
Пульт проверки БРМ	АВБП.441461.023	По согласованию с заказчиком

Проверка

осуществляется по документу АВБП.426469.241 РЭ «Блок регулирования малогабаритный БРМ. Руководство по эксплуатации», приложение Б, с изменением № 1 утвержденному ФБУ «Омский ЦСМ» 28.07.2020 г.

Основные средства поверки:

- калибратор программируемый П320 (рег. №7493-79): верхний предел выдаваемого калиброванного напряжения 10 В; пределы допускаемой основной погрешности калиброванного напряжения $\pm(20 \cdot U_k + 40)$ мкВ; верхний предел выдаваемого калиброванного тока 100 мА; пределы допускаемой основной погрешности калиброванного тока $\pm(0,1 \cdot I_k + 1)$ мкА;
- вольтметр универсальный В7-72 (рег. №26425-09): верхний предел диапазона измерений постоянного напряжения 20 В, пределы допускаемой основной погрешности $\pm(0,003 \% \text{ от } U + 0,001 \% \text{ от } U_k)$ В, диапазон измерений силы постоянного тока от 0,0002 до 1 А, пределы допускаемой основной погрешности $\pm(0,025 \% \text{ от } U + 0,01 \% \text{ от } I_k)$ А.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик БРМ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в паспорт и (или) свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к блокам регулирования малогабаритным БРМ

ГОСТ 8.022-91 ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений силы постоянного электрического тока в диапазоне от $1 \cdot 10^{-16}$ до 30 А

ГОСТ 8.027-2001 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений постоянного электрического напряжения и электродвижущей силы

ТУ 4217-23767649-2009 Средства программируемой автоматики перестраиваемой структуры. СПА-ПС. Версия 2. Программируемые контроллеры. ПК. Общие технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Автоматика-Э» (ООО «Автоматика-Э»)
ИНН 5503133567

Адрес: 644007, г. Омск, ул. Чернышевского, 2

Тел.: +7 (3812) 23-23-43; факс: +7 (3812) 23-67-13

E-mail: omsk-avt-e@yandex.ru; raskinem@gmail.com

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Омской области»

Адрес: 644116, РФ, г. Омск, ул. 24 Северная, 117-А

Тел.: +7 (3812) 68-07-99;

Web-сайт: <http://csm.omsk.ru>

E-mail: info@ocsm.omsk.ru

Аттестат аккредитации ФБУ «Омский ЦСМ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № RA.RU.311670 от 01.07.2016 г.