

Проверка осуществляется в соответствии с  
документом ГОСТ OIML R 76-1–2011 «ГСИ. Весы  
неавтоматического действия. Часть 1.  
Метрологические и технические требования.  
Испытания»

Приложение ДА «Методика поверки весов».