

СОГЛАСОВАНО

Руководитель ГЦИ СИ
ФГУП «ВНИИОФИ»

Н.П. Муравская

2005 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ГЦИ СИ «Воентест»
32 ГНИИ МО РФ

В.Н. Храменков

"12" 04 2005 г.

Источники оптического излучения FLS-130A модификаций FLS-132A и FLS-135A	Внесены в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № <u>24068-05</u> Взамен № _____
---	--

Выпускаются по технической документации фирмы «EXFO Electro-Optical Engineering Inc.», Канада.

Назначение и область применения

Источники оптического излучения FLS-130A модификаций FLS-132A и FLS-135A (далее по тексту – источники) предназначены для генерации оптических сигналов и применяются при монтаже и техническом обслуживании волоконно-оптических систем передачи.

Описание

Принцип действия источников основан на преобразовании светоизлучающим диодом электрического сигнала, задаваемого встроенным генератором, в оптический сигнал. В источниках имеется функция генерации сигнала с частотой 2 кГц для идентификации оптических волокон. Конструктивно источники выполнены в пластмассовом корпусе, оснащены жидкокристаллическим дисплеем.

Основные технические характеристики

Длины волн излучения источников, нм:

FLS-132A 1310±20;
FLS-135A 1310±20; 1550±20.

Мощность излучения на выходе источников, дБм, не менее минус 7.

Нестабильность мощности излучения за 15 мин, дБ:

FLS-132A 0,1;
FLS-135A 0,12.

Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм 222x103x59.

Масса, кг, не более 0,6.

Питание:

- через блок питания от сети переменного тока,
напряжение и частота (100-240) В, 50/60 Гц;

- от встроенной батареи, напряжение постоянного тока 9 В.

Потребляемая мощность, Вт, не более 15.

Рабочие условия эксплуатации:

температура окружающего воздуха от минус 10 до 50°C;

относительная влажность воздуха при температуре 30°C до 90 %.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на корпус и паспорт приборов.

Комплектность

В комплект поставки входят: источник, руководство по эксплуатации, комплект принадлежностей.

Поверка

Поверка источников проводится в соответствии с МИ 2505-98 «ГСИ. Измерители оптической мощности, источники оптического излучения и оптические тестеры малогабаритные в волоконно-оптических системах передачи. Методика поверки».

Межповерочный интервал – 1 год.

Нормативные и технические документы

МИ 2558-99. ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений средней мощности оптического излучения в волоконно-оптических системах передачи.

Техническая документация фирмы-изготовителя.

Заключение


Тип источников оптического излучения FLS-130A модификаций FLS-132A и FLS-135A утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведенными в настоящем описании типа, метрологически обеспечен при выпуске и в эксплуатации согласно государственной поверочной схеме.

Изготовитель

Фирма «EXFO Electro-Optical Engineering Inc.», Канада
400, Godin Avenue, Vanier (Quebec), G1M 2K2 Canada.

Заявитель:

ООО «ПР ГРУПП», 107120, Москва, Костомаровский пер., д.3, стр. 1А.

Генеральный директор ООО «ПР ГРУПП»  И.Г. Бакланов