

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «25» января 2021 г. №30

Лист № 1

Регистрационный № 60356-15

Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Система измерений количества и показателей качества нефти на выходе месторождения Сабо ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

Назначение средства измерений

Система измерений количества и показателей качества нефти на выходе месторождения Сабо ООО «РН-Сахалинморнефтегаз» (далее – СИКН) предназначена для измерений в автоматизированном режиме массы брутто товарной нефти (далее – нефть), показателей качества нефти и определения массы нетто нефти при учетных операциях.

Описание средства измерений

СИКН реализует прямой метод динамических измерений массы нефти в трубопроводе с помощью расходомеров массовых (далее – РМ). Принцип действия СИКН заключается в непрерывном измерении, преобразовании и обработке при помощи системы обработки информации (далее – СОИ) входных сигналов, поступающих по измерительным каналам от РМ, датчиков давления, температуры, влагосодержания.

Массу нетто нефти определяют как разность массы брутто нефти и массы балласта.

СИКН представляет собой единичный экземпляр измерительной системы, спроектированной для конкретного объекта из компонентов серийного отечественного и импортного изготовления. Монтаж и наладка СИКН осуществлены непосредственно на объекте эксплуатации в соответствии с проектной документацией СИКН и эксплуатационными документами ее компонентов.

В состав СИКН входят:

- блок измерительных линий (далее – БИЛ);
- блок фильтров (далее – БФ);
- блок измерений показателей качества нефти (далее – БИК);
- узел подключения передвижной поверочной установки (далее – ППУ);
- узел подключения пикнометрической установки и УОСГ;
- СОИ.

БИЛ включает одну рабочую и одну резервно-контрольную измерительные линии с диаметром условного прохода (Ду) 150 мм.

Состав СОИ:

- шкаф СОИ;
- автоматизированное рабочее место оператора СИКН.

Состав и технологическая схема СИКН обеспечивают выполнение следующих основных функций:

- автоматическое измерение массы (массового расхода) брутто нефти прямым динамическим методом в рабочих диапазонах расхода, температуры, давления и плотности нефти;
- вычисление массы нетто нефти;
- дистанционное и местное измерение давления и температуры нефти;
- измерение в автоматическом режиме объемной доли воды в нефти, перепада давления на фильтрах;

- контроль метрологических характеристик (далее – КМХ) рабочего РМ по контрольно-резервному РМ;
- поверка и КМХ РМ по ППУ на месте эксплуатации без нарушения процесса измерений;
- автоматический и ручной отбор проб;
- отображение (индикация), регистрация и хранение результатов измерений и расчетов, формирование отчетов;
- защита системной информации от несанкционированного доступа.

Взрывозащищенность (искробезопасность) электрических цепей СИКН при эксплуатации достигается путем применения преобразователей измерительных (барьеров искрозащиты) серии μZ 600 модели μZ 631.

Средства измерений (далее – СИ), а также другие технические средства, входящие в состав СИКН, указаны в таблице 1.

Таблица 1 – Состав СИКН

№ п/п	Наименование СИ	Количество	Госреестр №
Приборы контрольно-измерительные показывающие			
1.	Манометр показывающий для точных измерений МПТИ-У2	8	26803-11
2.	Манометр показывающий МП2-У	11	10135-10
3.	Термометр ртутный стеклянный лабораторный ТЛ-4 №2	4	303-91
БФ			
1.	Преобразователь давления измерительный Deltabar S PMD75	2	41560-09
БИЛ			
1.	Расходомер массовый Promass 83E80	2	15201-11
2.	Преобразователь давления измерительный Cerabar S PMP71	2	41560-09
3.	Преобразователи измерительные серии iTEMP TMT182	2	57947-14
4.	Термопреобразователь сопротивления платиновый серии TR, TST модели TR88	2	49519-12
Выходной коллектор			
1.	Преобразователь давления измерительный Cerabar S PMP71	1	41560-09
БИК			
1.	Влагомер нефти поточный УДВН-1 пм	2	14557-10
2.	Преобразователь давления измерительный Cerabar S PMP71	1	41560-09
3.	Преобразователи измерительные серии iTEMP TMT182	1	57947-14
4.	Термопреобразователь сопротивления платиновый серии TR, TST модели TR88	1	49519-12
5.	Счетчик нефти турбинный МИГ-32III	1	26776-08
СОИ			
1.	Контроллер измерительный FloBoss S600+ (далее – FloBoss S600+)	2	38623-11
2.	Преобразователь измерительный (барьер искрозащиты) серии μZ 600 модели μZ 631	11	47073-11
3.	АРМ оператора СИКН	1	-

Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее – ПО) СИКН обеспечивает реализацию функций СИКН. Защита от непреднамеренных и преднамеренных изменений метрологически значимой части ПО и измеренных данных осуществляется автоматическим контролем целостности метрологически значимой части ПО, путем идентификации, защиты от несанкционированного доступа. Для программной защиты от несанкционированного доступа предусмотрено разграничение уровней паролями. Аппаратная защита обеспечивается опломбированием FloBoss S600+. Уровень защиты ПО и измерительной информации – высокий по Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные ПО СИКН представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Идентификационные данные ПО СИКН

Идентификационные данные (признаки)	Значение	
Идентификационное наименование ПО	KMH.DLL	LabdataDLL.DLL
Номер версии (идентификационный номер) ПО	1.0	1.0
Цифровой идентификатор ПО	5E30DEFA	7B9D9C33
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC32	CRC32
Наименование программного обеспечения	Модуль проведения КМХ массометров по контрольно-резервному	Модуль формирования паспорта качества

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики СИКН представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Метрологические и технические характеристики СИКН

Наименование характеристики	Значение характеристики
Рабочая среда	нефть товарная по ГОСТ Р 51858-2002
Массовый расход нефти, т/ч	от 80 до 100
Избыточное давление нефти, МПа	от 1 до 1,8
Температура нефти, °С	от 5 до 45
Физико-химические свойства нефти:	
– плотность в рабочем диапазоне температур, кг/м ³	от 870 до 890
– плотность пластовой воды при стандартных условиях, кг/м ³	от 1000 до 1015
– массовая доля воды, %, не более	1
– массовая доля механических примесей, %, не более	0,04
– массовая концентрация хлористых солей, мг/дм ³ , не более	7,5
– вязкость кинематическая при стандартных условиях, мм ² /с (сСт)	от 4 до 15
– содержание растворенного газа	не допускается
– содержание свободного газа	не допускается
Пределы допускаемой относительной погрешности СИКН при измерении массы брутто нефти, %	±0,25
Пределы допускаемой относительной погрешности СИКН при измерении массы нетто нефти, %	±0,35
Режим работы СИКН	периодический

Наименование характеристики	Значение характеристики
Условия эксплуатации СИ СИКН: – температура окружающей среды, °С – относительная влажность, %, не более – атмосферное давление, кПа	от 5 до 35 95 от 84 до 106,7
Параметры электропитания: – напряжение, В: силовое оборудование технические средства СОИ – частота, Гц	380, трехфазное 220, однофазное 50 ± 1
Потребляемая мощность, В·А, не более	3000
Габаритные размеры, мм, не более – блок-бокса (Д×Ш×В) – шкафа СОИ (Д×Ш×В)	$12000\times3250\times3340$ $800\times600\times2000$
Масса, кг, не более – блок-бокса – шкафа СОИ	20000 250
Средний срок службы, лет, не менее	10

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист паспорта типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность средства измерений

Наименование	Количество
Система измерений количества и показателей качества нефти на выходе месторождения Сабо ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», заводской номер 346	1 экз.
Система измерений количества и показателей качества нефти на выходе месторождения Сабо ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Паспорт	1 экз.
МП 161-30151-2015. Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерений количества и показателей качества нефти на выходе месторождения Сабо ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Методика поверки	1 экз.
Система измерений количества и показателей качества нефти на выходе месторождения Сабо ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Руководство по эксплуатации	1 экз.

Проверка

осуществляется по документу МП 161-30151-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Система измерений количества и показателей качества нефти на выходе месторождения Сабо ООО «РН-Сахалинморнефтегаз». Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ООО «Метрологический центр СТП» 27 января 2015 г.

Перечень основных средств поверки (эталонов):

– калибратор многофункциональный MC5-R, диапазон воспроизведения силы постоянного тока от 0 до 25 мА, пределы допускаемой основной погрешности воспроизведения $\pm(0,02 \% \text{ показания} + 1 \text{ мкА})$; диапазон воспроизведения

последовательности импульсов от 0 до 9999999 имп. (амплитуда сигнала от 0 до 10 В, погрешность $\pm(0,2 \text{ В} + 5\%)$ от установленного значения).

Сведения о методиках (методах) измерений

«ГСИ. Масса нефти. Методика измерений системой измерений количества и показателей качества нефти на выходе ЦПН Сабо ООО «РН-Сахалинморнефтегаз», свидетельство МНП.11.332.01.00264-2011.2014 об аттестации методики (метода) измерений, утвержденного ФБУ «ЦСМ Республики Башкортостан» 25.04.2014 г.

Нормативные и технические документы, распространяющиеся на систему измерений количества и показателей качества нефти на выходе месторождения Сабо ООО «РН-Сахалинморнефтегаз»

1. ГОСТ Р 8.595-2004 ГСИ. Масса нефти и нефтепродуктов. Общие требования к методикам выполнения измерений

2. ГОСТ Р 8.596 - 2002 ГСИ. Метрологическое обеспечение измерительных систем.

Основные положения

3. ГОСТ Р 51858-2002 Нефть. Общие технические условия

4. Рекомендации по определению массы нефти при учетных операциях с применением систем измерений количества и показателей качества нефти, утвержденные приказом Минпромэнерго от 31.03.05. № 69

5. Техническая документация ООО «Татинтек»

Изготовитель

ООО «Татинтек»

423450 Россия, Республика Татарстан, г. Альметьевск, ул. Мира, д. 4

тел. (8553)31-47-07, (8553) 31-47-97; факс: (8553) 31-47-09

e-mail: info@tatintec.ru

<http://www.tatintec.ru>

Заявитель

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Нефтегазинжиниринг» (ООО «НПП «Нефтегазинжиниринг»)

ИНН 0278093583

Адрес: 450027, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Индустриальное шоссе, 55

Телефон: (347) 295-92-46

Факс: (347) 295-92-47

Web-сайт: <http://www.ngi-ufa.ru>

E-mail: ngi@ngi-ufa.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ООО «Метрологический центр СТП»

Регистрационный номер № 30151-11

420107, г. Казань, ул. Петербургская, д. 50, корп.5

Телефон: (843)214-20-98; факс (843)227-40-10

e-mail: office@ooostp.ru

<http://www.ooostp.ru>