

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «13» октября 2021 г. №2274

Регистрационный № 61365-15

Лист № 1
Всего листов 3

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термогигрометры HygroPro

Назначение средства измерений

Термогигрометры HygroPro (далее – термогигрометры) предназначены для измерений содержания влаги, температуры и давления в различных газах промышленного применения, в том числе природном и попутном нефтяном газе. Термогигрометры также могут быть использованы для измерений влаги в электрически непроводящих жидкостях.

Описание средства измерений

Термогигрометры HygroPro являются автоматизированными приборами погружного типа и могут устанавливаться непосредственно в газовый поток или в специализированных пробоотборных системах. Конструктивно прибор состоит из электронного блока, с размещенными на нем дисплеем и клавишами управления, и датчика-зонда. На одну головку зонда установлены три датчика: влажности, температуры и давления, что позволяет проводить измерения в режиме реального времени.

В качестве датчика влажности используется емкостный сенсор, изготовленный на основе оксида алюминия (Al_2O_3). Равномерная пористая структура сенсора обеспечивает хорошую устойчивость к повреждающим воздействиям и стабильность эксплуатационных характеристик.

В датчик-зонд прибора дополнительно встроены датчики температуры и давления, результаты измерений которых учитываются при расчете температуры точки росы.

В качестве датчика температуры использован терморезистор типа NTC, датчика давления - преобразователь давления.

Блок электроники термогигрометра полностью управляет микропроцессором, оснащенным современным программным обеспечением и позволяющим представлять результаты измерений влажности газов в единицах температуры точки росы, объемной доли влаги, ppm (млн^{-1}), относительной влажности, %. Программное обеспечение дает возможность проводить диагностику состояния термогигрометра.

Прибор имеет токовый выход и оснащен интерфейсом RS485.

Жидкокристаллический дисплей позволяет одновременно просматривать до трех измеряемых параметров. Термогигрометры HygroPro выпускаются для применения во взрывоопасных зонах и имеют маркировку взрывозащиты 0ExiaPICT4GaX.



Рис. 1. Фотография внешнего вида термогигрометра HygroPro.

Программное обеспечение

Идентификационные данные программного обеспечения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Идентификационные данные (признаки)	Значение
Идентификационное наименование ПО	HYGROPRO
Номер версии (идентификационный номер ПО)	STD
Цифровой идентификатор ПО	001.D
Другие идентификационные данные (если имеются)	-

Уровень защиты встроенного программного обеспечения от непреднамеренных и преднамеренных изменений в соответствии с Р 50.2.077-2014 – средний.

Влияние программного обеспечения термогигрометров учтено при нормировании метрологических характеристик.

Метрологические и технические характеристики

Диапазон измерений температуры точки росы влаги, °C	от минус 80 до плюс 20
Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности по каналу температуры точки росы влаги, °C, в диапазонах:	
от минус 65 °C до плюс 20 °C	± 2
от минус 80 °C до минус 65 °C	± 3
Диапазон показаний температуры газа, °C	от минус 30 до плюс 70
Диапазон измерений температуры газа, °C	от минус 30 до плюс 30
Пределы допускаемого значения абсолютной погрешности по каналу температуры газа, °C	± 0,5
Выходной сигнал:	от 4 до 20 mA; RS485
Максимальное рабочее давление, МПа	34,5
Диаметр установочной резьбы зонда, мм, не более	19
Потребляемая мощность, Вт, не более	1
Габаритные размеры, мм, не более	200x101x65
Масса, кг, не более	0,55

Условия эксплуатации:

- диапазон температуры окружающего воздуха, °C	от минус 20 до плюс 60
- диапазон атмосферного давления, кПа	от 84 до 106,7
- диапазон относительной влажности, %	от 0 до 96
- напряжение питания, В	от 12 до 30
- срок службы, лет, не менее	6

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист технического паспорта прибора и на прибор в виде наклейки

Комплектность средства измерений

Комплект поставки определяется заказом и отражается в спецификации.

Основной комплект включает:

- термогигрометр;
- комплект эксплуатационных документов;
- методика поверки.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе "Руководство по эксплуатации. Термогигрометры HygroPro".

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к термогигрометрам HygroPro

ГОСТ 8.547-2009 "ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений влажности газов"

ГОСТ 8.558-93 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры. Техническая документация фирмы-изготовителя "GE Sensing EMEA", Ирландия

Изготовитель

Фирма «Baker Hughes EMEA Unlimited Company», Ирландия

Адрес: Sensing House, Shannon Free Zone East, Shannon, Co. Clare, Ireland

Фирма "GE Sensing EMEA", США

Адрес: 1100 Technology Park Drive, Billerica, MA 01821, USA

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы" (ФГУП "ВНИИМС")

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46

Тел./факс: (495)437-55-77/437-56-66

E-mail: office@vniims.ru, www.vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 26.07.2013 г.