

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «22» октября 2021 г. № 2349

Регистрационный № 81741-21

Лист № 1
Всего листов 5

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Антенны измерительные гибридные АИГ-12М, АИГ-6М, АИГ-2М

Назначение средства измерений

Антенны измерительные гибридные АИГ-12М, АИГ-6М, АИГ-2М (далее – антенны) предназначены совместно с измерительными приемными устройствами (измерительным приемником, селективным микровольтметром, анализатором спектра, ваттметром поглощаемой мощности) для измерений напряженности электрического поля (плотности потока энергии).

Описание средства измерений

Принцип действия антенн, подключаемых к измерительному приемному устройству, основан на преобразовании высокочастотного тока, наведенного в приемных диполях под действием переменного электромагнитного поля, в соответствующее ему напряжение переменного тока, его дальнейшего усиления и передачи в коаксиальный тракт с волновым сопротивлением 50 Ом.

Антенны состоят из биконического симметричного вибратора и логопериодической антенны, которые конструктивно объединены с дифференциальным усилителем, элементами питания и стабилизатором напряжения питания постоянного тока, которые расположены в ручке антенны.

Антенны оборудованы антенным кожухом с низкой диэлектрической проницаемостью для защиты биконического симметричного вибратора и решеток вибраторов логопериодической антенны от возможных повреждений.

Питание антенн осуществляется от двух аккумуляторов Li-ion ICR или от блока питания стабилизированного БПС 6-0,5 (БПС 6-0,5). Для зарядки аккумуляторов типоразмера АА в комплект поставки входит зарядное устройство.

Антенны АИГ отличаются друг от друга диапазоном рабочих частот.

Общий вид антенны АИГ-12М представлен на рисунке 1.

Общий вид антенны АИГ-6М представлен на рисунке 2.

Общий вид антенны АИГ-2М представлен на рисунке 3.

Схемы пломбировки антенн от несанкционированного доступа представлены на рисунках 1, 2, 3.



1 – биконический симметричный вибратор и логопериодическая антенна в антенном кожухе;
2 – ручка антенны;
3 – место пломбирования от несанкционированного доступа

Рисунок 1 – Общий вид антенн АИГ-2М, АИГ-6М, АИГ-12М

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон рабочих частот, МГц	
антенна АИГ-12М	от 0,009 до 12000 включ.
антенна АИГ-6М	от 0,009 до 6000 включ.
антенна АИГ-2М	от 0,009 до 2000 включ.
Диапазон изменения коэффициента калибровки, дБ (1 м^{-1})	
антенна АИГ-2М	от 0 до 45
антенна АИГ-6М	от 10 до 56
антенна АИГ-12М	от 10 до 56
Пределы допускаемой абсолютной погрешности коэффициента калибровки, дБ	$\pm 2,0$

Продолжение таблицы 1

Наименование характеристики	Значение
КСВН входа, не более	
антенна АИГ-12М	2,5
антенна АИГ-6М	2,2
антенна АИГ-2М	2,0
Максимальная измеряемая величина напряженности электрического поля (при компрессии 1 дБ), дБ (1 мкВ м^{-1})	
антенна АИГ-12М	130
антенна АИГ-6М	130
антенна АИГ-2М	120
Напряжение собственных шумов $U_{\text{ш}}$ при полосе пропускания Δf и среднеквадратическом детекторе	не более значений, приведенных в таблице 2

Таблица 2 – Напряжение собственных шумов $U_{\text{ш}}$

f, МГц	0,009	0,010	от 0,5 до 30	от 100 до 2000	от 100 до 6000	от 100 до 12000
Δf , кГц	0,2		9,0		120	
U _ш , дБ (1 мкВ), не более	АИГ-2М	3	3	30	25	–
	АИГ-6М	3	3	20	20	–
	АИГ-12М	3	3	20	20	20

Таблица 3 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальное входное сопротивление, Ом	50
Тип выходного ВЧ соединителя	N (розетка)
Напряжение питания постоянного тока, В	от 6,0 до 7,5
Время непрерывной работы при полностью заряженных двух аккумуляторах Li-ion ICR, ч, не менее	10
Масса, кг, не более	0,6
Габаритные размеры, мм, не более:	
– длина	370
– ширина	230
– высота	35
Рабочие условия применения:	
– температура окружающего воздуха, °С	от +15 до +35
– атмосферное давление, кПа (мм рт.ст.)	от 84,0 до 106,7 (от 630 до 800)
– относительная влажность окружающего воздуха, %,	от 30 до 80

Знак утверждения типа

наносится на титульный лист документа ЛТМВ.464653.005 РЭ «Антенны измерительные гибридные АИГ-12М, АИГ-6М, АИГ-2М. Руководство по эксплуатации» типографским способом и на маркировочный ярлык на корпусе антенны в виде наклейки.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность антенны

Наименование	Обозначение	Количество
Антenna измерительная гибридная АИГ-12М, или антenna измерительная гибридная АИГ-6М, или антenna измерительная гибридная АИГ-2М	ЛТМВ.464653.005 ЛТМВ.464653.006 ЛТМВ.464653.007	1 шт.
Кабель соединительный	–	1 шт.
Блок питания стабилизированный	БПС 6-0,5	1 шт.
Устройство зарядное	–	1 шт.
Штатив*	–	1 шт.
Футляр (чемодан-кейс)*	–	1 шт.
Руководство по эксплуатации	ЛТМВ.464653.005 РЭ	1 экз.
Формуляр**	ЛТМВ.464653.005 ФО ЛТМВ.464653.006 ФО ЛТМВ.464653.007 ФО	1 экз. 1 экз. 1 экз.
Методика поверки	-	1 экз.

* – поставляется по отдельному заказу
** – поставляется с заказанной антенной

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в разделах 5, 6 и 7 документа ЛТМВ.464653.005 РЭ «Антенны измерительные гибридные АИГ-12М, АИГ-6М, АИГ-2М. Руководство по эксплуатации»

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к антеннам измерительным гибридным АИГ-12М, АИГ-6М, АИГ-2М

ГОСТ Р 8.805-2012 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений напряженности электрического поля в диапазоне частот от 0,0003 до 2500 МГц

ГОСТ Р 8.574-2000 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений плотности потока энергии электромагнитного поля в диапазоне частот от 0,3 до 178,4 ГГц

Антенны измерительные гибридные АИГ-12М, АИГ-6М, АИГ-2М. Технические условия ЛТМВ.464653.005 ТУ

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ИЗМЕРИЛОВКА»
(ООО «ИЗМЕРИЛОВКА»)
ИИН 7733342978
Адрес: 125367, г. Москва, Полесский проезд, д. 16, стр. 1, эт. 2, пом. I, ком. 36, оф. А1Х
Телефон: 8 (499) 390 34 44
Факс: 8 (499) 390 34 44
E-mail: izmerilov@yandex.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ФГУП «ВНИИФТРИ»)

Адрес: 141570, Московская область, г. Солнечногорск, рабочий поселок Менделеево, промзона ФГУП «ВНИИФТРИ»

Телефон (факс): 8 (495) 526-63-00

Web-сайт: www.vniiftri.ru

E-mail: office@vniiftri.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИФТРИ» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30002-13 от 11 мая 2018 года.