

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «27» сентября 2021 г. №
2115

Регистрационный № 82948-21

Лист № 1
Всего листов 3

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС-10М

Назначение средства измерений

Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС-10М - рабочий эталон 0-го разряда согласно ГОСТ 8.558-2009, часть 2, предназначен для измерений температуры жидких и газообразных сред при поверке и калибровке средств измерений температуры.

Описание средства измерений

Принцип действия термометра сопротивления платинового эталонного ПТС-10М (далее – термометр) заключается в использовании температурной зависимости электрического сопротивления платины. Основной частью термометра является чувствительный элемент, представляющий собой резистор в виде спирали из платиновой проволоки. Для термометра соединенные последовательно отрезки спирали укладываются в кварцевую трубочку. К концам платиновой проволоки чувствительного элемента приварены платиновые проволоки, жестко скрепленные с каркасом, к каждой из которых приварено по два вывода из платины. Для изоляции выводных проводников применены кварцевые капилляры. Чувствительный элемент с выводами заключен в герметизированную пробирку, изготовленную из кварца.

Маркировка термометра выполнена методом гравировки и содержит обозначение ПТС-10М и заводской номер.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке или в паспорт.

Общий вид средства измерений представлен на рисунках 1-2.

Пломбирование термометра сопротивления платинового эталонного непредусмотрено.



Рисунок 1 - Общий вид термометра сопротивления ПТС-10М

Программное обеспечение

отсутствует

Метрологические и технические характеристики

Таблица 1 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений температуры, °C	от 0,010 до +660,323
Номинальное сопротивление при 0 °C, Ом	10±0,2
Отношение сопротивления термометра к его сопротивлению в тройной точке воды (W)	1,11807

Наименование характеристики	Значение
при температуре плавления галлия, не менее	
Измерительный ток, мА	1,0
Допускаемые значения суммарного среднеквадратического отклонения (СКО) сличения с эталоном - копией, °C, не более	
при температуре:	
+0,010 °C	0,0003
1	2
+231,928 °C	0,0018
+419,527 °C	0,0025
+660,323 °C	0,0032
Электрическое сопротивление изоляции между выводами и корпусом ТС, Ом, не менее	
при температуре окружающей среды от +15 до +25 °C и относительной влажности воздуха от 0 до 80 %	1·10 ⁸

Таблица 2 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Габаритные размеры	
внешний диаметр охранной трубки, мм, не более	6,8
длина погружаемой части, мм, не менее	540
диаметр головки, мм, не более	20,0±0,5
Масса, г, не более	100
Условия эксплуатации:	
диапазон температуры окружающего воздуха, °C	от +15 до +25
относительная влажность, %, не более	80
диапазон атмосферного давления, кПа	от 84 до 106,7
Наработка на отказ, ч, не менее	1000
Срок службы, лет, не менее	6

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист паспорта.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 - Комплектность термометра

Наименование изделия или документа	Обозначение	Количество
Термометр сопротивления платиновый эталонный	ПТС -10М № 2927	1 шт.
Футляр		1 шт.
Паспорт	Хд.2.821.047ПС	1 экз.
Методика поверки	МП 2411-0182-2021	1 экз.

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в документе Хд.2.821.047ПС «Термометр сопротивления платиновый эталонный ПТС -10М № 2927. Пррапорт», раздел 3.

Нормативные документы, устанавливающие требования к термометру сопротивления платиновому эталонному ПТС-10М

ГОСТ 8.558- 2009 ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Владимирский завод «Эталон»

(ООО «Владимирский завод «Эталон»)

ИНН 3327840405

Адрес: 600036, г.Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 40

Телефон/факс: (4922) 49-41-70

E-mail: root@vladetalon.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон: (812) 251-76-01, факс: (812) 713-01-14

Web-сайт: www.vniim.ru

E-mail: info@vniim.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.311541

