

Hand (Enclosed)
Cai Zhen

Feb-20/28

539925

FORMAT A4

[illegible]

ИСТ I
I
3 I

И Л И С Т

ІЗМІЛИСТ ІН ДОКУМЕНТІДАТАІ

1. МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

1.1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1.1 НАСТОЯЩИЙ РАЗДЕЛ УСТАНОВЛИВАЕТ МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ СТАНДАРТА ЧАСТОТЫ РУБИДИЕВОГО VM2201 В СООТВЕТСТВИИ С РАЗДЕЛОМ 2 ГОСТ Р 50095-92.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ - ДВА ГОДА.

1.2 ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ.

1.2.1 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОВЕРКИ ДОЛЖНЫ ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОПЕРАЦИИ И ПРИМЕНЯТЬСЯ СРЕДСТВА ПОВЕРКИ, УКАЗАННЫЕ В ТАБЛИЦЕ 1.

ТАБЛИЦА 1.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	НОМЕР ПУНКТА	РЕКОМЕН- ДУЕМОЕ СРЕДСТВО ПОВЕРКИ (НАИМЕ- НОВАНИЕ, ТИП)	ОСНОВНЫЕ МЕТРОЛО- ГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕ- РИСТИКИ	ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПРИ		
				ВЫПУСКЕ ИЗ ПРО- ИЗВОД- СТВА	ВЫПУСКЕ ПОСЛЕ РЕМОНТА	ЭКСПЛУА- ТАЦИИ И ХРАНЕНИИ
1	2	3	4	5	6	7
1.ВНЕШНИЙ ОСМОТР.	1.6.1.			ДА	ДА	ДА
2.ОПРОВОБА- НИЕ.	1.6.2.			ДА	ДА	ДА
3.ОПРЕДЕЛЕ- НИЕ МЕТРОЛО- ГИЧЕСКИХ ХА- РАКТЕРИСТИК.						
ЧАСТОТ ВЫ- ХОДНЫХ СИГ- НАЛОВ И ОТНОСИТЕЛЬ- НОЙ ПОГРЕШ- НОСТИ ПО ЧАСТОТЕ ПРИ ВЫПУСКЕ	1.6.3.	41-75 ✓ 47-39 ✓ 43-65 ✓	+-2.0Е-11	ДА	ДА	ДА
СРЕДНЕГО ОТ- НОСИТЕЛЬНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ЧАСТОТЫ ЗА ОДНИ СУТКИ	1.6.4.	41-75 ✓ 47-39 ✓ 43-65 ✓	+-1.0Е-12	ДА	ДА	НЕТ