

Проверка

осуществляется по документу МП 26527-07 "Калибраторы параметров воздушной среды MPS (модели 27, 27C, 28, 30, 31, 31B, 31C, 34, 34C, 35, 35C, 36). Методика поверки"