

УТВЕРЖДАЮ

**Руководитель ГЦИ СИ ФБУ
«ГНМЦ Минобороны России»**



В.В. Швыдун

2014 г.

Инструкция

Системы управления виброиспытаниями ВС-301

Методика поверки

ВАПМ.466961.002МП

2014 г.

7.7.3 Повторить п.7.7.2 для исполняемого файла **Vib03.exe**.

7.7.4 Результат проверки считать положительными, если полученные идентификационные данные ПО (идентификационные наименования, номера версий, цифровые идентификаторы), указанные во вкладках «Подробно» и «Хеш-суммы файлов», соответствуют идентификационным данным, записанным в разделе 3.2 формуляра системы.

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты измерений и расчётов заносятся в протокол поверки. Протокол поверки формируется системой по окончании поверки автоматически при условии успешного завершения всех операций. В меню завершения поверки (рисунок 23) выбрать путь сохранения протокола поверки (файл в текстовом формате) и нажать кнопку «Закончить». Сформированный протокол будет сохранен в указанной папке, а также автоматически выведен на экран.




Рисунок 23

8.2 При положительных результатах поверки выдается свидетельство о поверке.

8.3 При отрицательных результатах поверки система к применению не допускается и на неё выдается извещение о непригодности с указанием причин забракования.

Начальник отдела ГЦИ СИ ФБУ
«ГНМЦ Минобороны России»

Технический директор ИЛ СИ ВН «НавТест»

В.А. Кулак

А.В. Ефимов