

Поверка осуществляется по:

Р 50.2.047-2005 «ГСИ. Счетчики аэрозольных частиц. Методика поверки»