

Поверка

осуществляется по приложению ДА «Методика поверки весов»
ГОСТ OIML R 76-1-2011 «Весы неавтоматического действия. Часть
1. Метрологические и технические требования. Испытания»