

## **Проверка**

- первичная осуществляется по документу МИ 1772-87 «ГСИ. Электроды вспомогательные для потенциометрических измерений. Методика поверки»;
- периодическая осуществляется по документу Р 50.2.033-2004 «ГСИ. Электроды сравнения для электрохимических измерений. Методика поверки».