

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «01» ноября 2022 г. № 2730

Регистрационный № 53247-13

Лист № 1
Всего листов 4

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Калибраторы температуры поверхностные КТП

Назначение средства измерений

Калибраторы температуры поверхностные КТП предназначены для воспроизведения температуры поверхности.

Описание средства измерений

Принцип действия основан на нагреве (охлаждении) рабочей поверхности и поддержании с определенной погрешностью её температуры.

Калибраторы температуры поверхностные КТП представляют собой поверочные установки, конструктивно выполненные в виде «твердотельных» термостатов с открытыми рабочими поверхностями.

Основными функциональными частями калибраторов являются: терmostатируемый металлический блок сравнения с открытой рабочей поверхностью, измеритель-регулятор температуры с высокостабильным платиновым термопреобразователем сопротивления (ТС).

Рабочая поверхность металлического (терmostатируемого) блока сравнения предназначена для воспроизведения задаваемой температуры и теплового контакта с поверяемыми поверхностными термопреобразователями. Температура рабочей зоны поверхности блока поддерживается в процессе работы измерителем-регулятором температуры по показаниям ТС, расположенного в непосредственной близости от рабочей поверхности и отображается на дисплее. Терmostатируемый блок защищен пассивным тепловым экраном и теплоизоляцией.

Для обеспечения возможности калибровки и поверки калибраторов температуры поверхностных КТП, ТС сделан съемным.

Калибраторы поверхностные КТП выпускаются в трех модификациях КТП-1 (рисунок 1), КТП-2 (рисунок 2) и КТП-3 (рисунок 3), отличающихся друг от друга диапазоном воспроизведения температуры и формой рабочей поверхности.



Рисунок 1



Рисунок 2



Рисунок 3

Для предотвращения от несанкционированного доступа, на съемные панели корпуса наклеиваются разрушаемые при вскрытии пломбы-наклейки.

Калибраторы температуры поверхностные КТП применяются для поверки (калибровки) поверхностных датчиков.

Программное обеспечение

Встроенное программное обеспечение отображено в таблице 1.

Таблица 1

Наименование программного обеспечения	Идентификационное наименование программного обеспечения	Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения
КТП-1	-	П 2.0	FA34	Двухбайтовая
КТП-2	-	V 2.00	6ECF	сумма с переполнением
КТП-3	-	П 2.0	FA34	

Уровень защиты программного обеспечения от преднамеренных и непреднамеренных изменений - А в соответствии с МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики калибраторов поверхностных КТП приведены в таблице 2.

Таблица 2

	КТП-1	КТП-2	КТП-3
Диапазон воспроизведения температуры поверхности, °C	от 40 до 600	от – 50 до 140	от 40 до 600
Пределы допускаемой абсолютной погрешности воспроизведения температуры рабочей зоны поверхности, °C	$\pm [0,2 + 0,003 \cdot t]$	$\pm [0,2 + 0,003 \cdot t]$	$\pm [0,2 + 0,003 \cdot t]$
Нестабильность поддержания температуры поверхности, °C	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$
Неравномерность распределения температуры по поверхности, °C	$\pm [0,1 + 0,002 \cdot t]$	$\pm [0,1 + 0,002 \cdot t]$	$\pm [0,1 + 0,002 \cdot t]$
Вид поверхности	плоская	плоская	часть боковой поверхности цилиндра ¹
Размер рабочей зоны поверхности, мм	$\varnothing^2 = 60$	$\varnothing = 40$	$D \times H = 40 \times 40$
Габаритные размеры, D×H×B ³ , мм	205 × 420 × 170	320 × 320 × 280	205 × 420 × 170
Масса, кг, не более	10	15	10

Примечания:

1 Радиус цилиндрической поверхности КТП-3 может быть выбран при изготовлении в диапазоне от 40 до 80 мм (по желанию заказчика). Стандартное значение – 60 мм.

2 Ø – диаметр.

3 D, H, B – длина, ширина, высота.

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится типографским способом на титульный лист эксплуатационной документации и методом офсетной печати на лицевую панель прибора.

Комплектность средства измерений

Комплектность средства измерений приведена в таблице 3.

Таблица 3

Наименование	Кол-во, шт	Примечание
Калибратор температуры поверхностный КТП	1	Модификация в соответствии с заказом
Кабель удлинительный для термопреобразователя сопротивления	1	Используется при поверке
Кабель интерфейсный	1	
Кабель сетевой	1	
Калибратор температуры КТП. Руководство по эксплуатации с методикой поверки.	1	

Сведения о методиках (методах) измерений

Сведения о методах измерений содержатся в документе «Калибраторы температуры поверхностные КТП. Руководство по эксплуатации» ЕМТК 156.00000.00 РЭ.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к калибраторам поверхностным КТП

Калибраторы поверхностные КТП. Технические условия ТУ 4381-156-56835627-12;
ГОСТ Р 52931-2008 «ГСИ. Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия»;
ГОСТ 8.558-2009 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температуры».

Изготовитель

ООО «ИзТех»
ИИН 5044032048

Юридический адрес: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1130, кв. 61-62.
Адрес для корреспонденции: 124460, г. Москва, К-460, а/я 56.
Тел. (495) 585-51-43, факс (495) 585-39-38.
E-mail: iztech@iztech.ru, web: www.iztech.ru

Испытательный центр

Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Москве и Московской области» (ФБУ «Ростест-Москва»)
ИИН 7727061249

Адрес: 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д. 31
Телефон: +7 (495) 544-00-00, +7 (499) 129-19-11
Факс: +7 (499) 124-99-96
Web-сайт: www.rostest.ru
Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.310639.