

УТВЕРЖДЕНО
приказом Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
от «12» мая 2022 г. № 1169

Регистрационный № 69476-17

Лист № 1
Всего листов 6

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Расходомеры 3051SFA

Назначение средства измерений

Расходомеры 3051SFA предназначены для измерений объемного и массового расходов, массы и объема жидкости, газа, пара, а также объема и объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям.

Описание средства измерений

Принцип действия расходомеров 3051SFA основан на методе переменного перепада давления.

Расходомеры 3051SFA обеспечивают измерение создаваемого на осредняющей напорной трубке перепада давления. Расходомеры 3051SFA, при наличии соответствующих каналов и опций, могут вычислять скомпенсированный по давлению и/или температуре расход (с учетом измерения температуры и давления), а также вычислять расход и количество при заданных значениях давления и температуры измеряемой среды (некомпенсированный по давлению и температуре расход). Свойства измеряемой среды, применяемые при вычислениях расхода и количества измеряемой среды, выбираются из базы данных расходомера или вводятся в память расходомера вручную.

В состав расходомеров 3051SFA входят: осредняющая напорная трубка Annubar 485, преобразователь многопараметрический 3051SMV (регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений (далее – регистрационный №) 66515-17, 46317-15) или преобразователь разности давлений 3051S (регистрационный № 66525-17, 24116-13). В состав расходомера может входить термопреобразователь сопротивления платиновый типа Pt100 класса А или В по ГОСТ 6651-2009.

Осредняющие напорные трубы Annubar 485 устанавливаются перпендикулярно направлению потока. Осредняющие напорные трубы Annubar 485 имеют в поперечном сечении Т-образную форму. Плоская фронтальная часть осредняющей напорной трубы Annubar 485 направлена навстречу потоку и имеет продольные щелевые прорези. На тыльной, относительно потока, поверхности осредняющей напорной трубы Annubar 485 расположены два ряда круглых отверстий. Данные отверстия и продольные щелевые прорези соединены со своей осредняющей камерой. Щелевые прорези и соответствующая осредняющая камера воспринимают среднее повышенное давление скоростного напора. Отверстия, на тыльной, относительно потока, поверхности осредняющей напорной трубы Annubar 485 и соответствующая осредняющая камера воспринимают среднее пониженное давление. Разность этих давлений является перепадом давления, пропорциональным расходу.

Результаты измерений и вычислений преобразуются в выходной токовый сигнал 4 – 20 мА либо цифровой сигнал с протоколами HART, Foundation Fieldbus или Wireless HART. Расходомеры 3051SFA могут быть оснащены встроенным индикатором

жидкокристаллическим, на котором могут отображаться результаты измерений и вычислений, а также аварийные и диагностические сообщения.

Расходомеры 3051SFA имеют исполнения Classic, Classic MV, Ultra и Ultra for Flow, различающиеся пределами погрешности измерений, динамическим диапазоном расхода.

Расходомеры 3051SFA имеют следующие варианты монтажа: Pak-Lok, Flanged (фланцевый), Flange-Lok, Flo-tap.

Расходомеры 3051SFA изготавливаются с применением различных материалов, соприкасающихся с измеряемой средой, в том числе со средами, содержащими сероводород.

Преобразователи многопараметрические 3051SMV и преобразователи разности давлений 3051S с осредняющими напорными трубками Annubar имеют прямой (интегральный) монтаж или разнесенный монтаж (монтируются отдельно). Термопреобразователь сопротивления платиновый типа Pt100 может иметь встроенное (внутри осредняющей напорной трубы Annubar 485) или выносное исполнение.

Преобразователи многопараметрические 3051SMV и преобразователи разности давлений 3051S проводят измерения в диапазонах разности давлений 1, 2 и 3, в соответствии с описаниями типа на данные средства измерений.

Пломбирование расходомеров 3051SFA не предусмотрено.

Общий вид расходомеров 3051SFA представлен на рисунке 1.



Рисунок 1 – Общий вид расходомеров 3051SFA

Заводской серийный номер наносится на маркировочную табличку любым технологическим способом, принятым на предприятии-изготовителе, в виде цифрового или буквенно-цифрового кода.

Нанесение знака поверки на средство измерений не предусмотрено.

Программное обеспечение
расходомеров 3051SFA встроено.

Функции программного обеспечения: вычисление массового расхода и объемного расходов, массы и объема, количества тепловой энергии, передача и отображение полученной информации. Уровень защиты программного обеспечения расходомеров 3051SFA «средний» в соответствии с Р 50.2.077-2014.

Идентификационные данные программного обеспечения расходомеров 3051SFA приведены в таблице 1 и 2.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения расходомеров 3051SFA при использовании преобразователей разности давлений 3051S

Идентификационные данные (признаки)	Значение				
	ПО HART	ПО Advanced Diagnostic II		ПО Foundation Fieldbus	ПО Wireless HART
Идентификационное наименование ПО	sm.dev.7.3.a90	hdpt_rel.a90	03151-3613-0003.a90	3051S_Fieldbus_2.002_01_002.s2	3051sw.a90
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 8	не ниже 12	не ниже 20	не ниже 2.1.2	не ниже 3
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	–	–	–	–	–

Таблица 2 – Идентификационные данные программного обеспечения расходомеров 3051SFA при использовании преобразователей многопараметрических 3051SMV

Идентификационные данные (признаки)	Значение		
	ПО HART	ПО Wireless HART	ПО Foundation Fieldbus
Идентификационное наименование ПО	3051smv_hart-prod-rev3.a90	3051swPDP_WPD_P_REL_2_2.a90	03151-3519-2001.bin
Номер версии (идентификационный номер) ПО	не ниже 3	не ниже 2	не ниже 1.00.002
Цифровой идентификатор ПО (контрольная сумма исполняемого кода)	–	–	–

Метрологические и технические характеристики

Таблица 3 – Метрологические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Номинальный диаметр	от DN 50 до DN 2400
Диапазон измерений* – объемного расхода жидкости, м ³ /ч – объемного расхода газа, м ³ /ч – объемного расхода пара, м ³ /ч	от 3,0 до 48 700 от 8,0 до 417 500 от 24,5 до 900 000
Динамический диапазон измерений расхода: – расходомеров с исполнениями Ultra, Classic, Classic MV – расходомеров с исполнением Ultra for Flow	8:1 14:1
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении объемного и массового расхода, массы и объема** (для диапазонов измерений преобразователей 2 или 3), % – расходомеров с исполнением Classic – расходомеров с исполнением Ultra – расходомеров с исполнением Ultra for Flow – расходомеров с исполнением Classic MV	±1,25 ±0,95 ±0,80 ±1,15

Окончание таблицы 3

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой основной относительной погрешности при измерении объемного и массового расхода, массы и объема** (для диапазона измерений преобразователей 1), %	
– расходомеров с исполнением Classic	±2,15
– расходомеров с исполнением Ultra	±1,85
– расходомеров с исполнением Ultra for Flow	±1,70
– расходомеров с исполнением Classic MV	±2,05

* диапазон измерений массового расхода измеряемой среды определяется в зависимости от диапазона измерений объемного расхода и плотности измеряемой среды;
** приведены значения погрешностей, обусловленные основной погрешностью измерений разности давлений и погрешностью определения коэффициента расхода. Дополнительные погрешности расходомера определяются по МИ 2667-2011.

Таблица 4 – Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Измеряемая среда	жидкость, газ, пар
Температура измеряемой среды, °C, не более	
– при измерениях жидкостей или газов с прямым монтажом	+260; +398*
– при измерениях пара с прямым монтажом	+204; +343*
– при использовании выносного монтажа с материалом осредняющей напорной трубы Annubar 485 – 316 SST	+454
– при использовании выносного монтажа с материалом осредняющей напорной трубы Annubar 485 – Alloy C-276	+677
Давление измеряемой среды, МПа, не более	42
Параметры выходных сигналов:	от 4 до 20 HART, Foundation Fieldbus; Wireless HART
– аналоговый сигнал, мА	
– протоколы цифрового сигнала	
Напряжение питания постоянного тока, В	от 9 до 42,4
Потребляемая мощность, Вт, не более	1,1
Условия эксплуатации:	
– температура окружающего воздуха, °C	(от -40* до +85)
– атмосферное давление, кПа	(от -60* до +85)**
– относительная влажность, %, не более	от 84 до 106,7 100
Габаритные размеры, мм, не более	
– длина	320
– ширина	520
– высота	4000
Масса, кг	от 5 до 200
Средний срок службы, лет, не менее	30

Окончание таблицы 4

Наименование характеристики	Значение
Маркировка взрывозащиты	РО Ex ia I Ma X, Ga/Gb Ex d IIIC T6...T4 X, 0Ex ia IIIC T4 Ga X, Ex tb IIIC T105°C T ₅₀₀ 95°C Db X, Ex ta IIIC T105°C T ₅₀₀ 95°C Da X

* при условии исключения замерзания измеряемой среды в приемной полости/фланцах преобразователя.

** специальное исполнение с применением преобразователя разности давлений 3051S.

Знак утверждения типа

наносится типографским способом на титульный лист паспорта и на корпус расходомеров 3051SFA способом, принятым у изготовителя.

Комплектность средства измерений

Таблица 5 – Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Расходомер	3051SFA	1 шт.
Руководство по эксплуатации	00809-0107-4809	1 экз.
Методика поверки	-	1 экз.
Методика измерений	МИ 2667-2011	1 экз.
Краткое руководство по установке*	00825-0107-4809 00825-0207-4809 00825-0307-4809 00825-0407-4809 00825-0507-4809	1 экз.
Паспорт	11.5334.000.00ПС	1 экз.
Методика поверки преобразователей давлений измерительных 3051S или преобразователей многопараметрических 3051SMV**	-	1 экз.

* комплектуется в соответствии с вариантом монтажа расходомера 3051SFA

** комплектуется соответствующая методика поверки в соответствии с типом используемого преобразователя

Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в МИ 2667-2011 «Рекомендация. ГСИ. Расход и количество жидкостей и газов. Методика измерений с помощью осредняющих напорных трубок «Annubar Diamond II+», «Annubar 285», «Annubar 485», «Annubar 585».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к расходомерам 3051SFA

Приказ Росстандарта от 07.02.2018 № 256 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений массы и объема жидкости в потоке, объема жидкости и вместимости при статических измерениях, массового и объемного расходов жидкости

Приказ Росстандарта от 29.12.2018 № 2825 Об утверждении государственной поверочной схемы для средств измерений объемного и массового расходов газа

ТУ 4212-080-51453097-2016 Расходомеры 3051SFA. Технические условия

Техническая документация фирмы «Rosemount Inc», США

Изготовители

Акционерное общество «Промышленная группа «Метран» (АО «ПГ «Метран»)
ИИН 7448024720

Адрес: 454003, г. Челябинск, Новоградский проспект, д. 15

Телефон: (351) 242-4444

Web-сайт: www.Metran.ru

E-mail: info.metran@emerson.com

Rosemount Inc., США

Адрес: 6021 Innovation Blvd, Shakopee, MN 55379, USA

Телефон: +1 800 999 9307, +1 952 906 8888, факс: +1 800 952 949 7001

E-mail: RMT-NA.RCCRFQ@Emerson.com, RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Web-сайт: www.emerson.com

Производственная площадка:

Beijing Rosemount Far East Instrument Co. Ltd., Китай

Адрес: Building № 1, South of Shengfang Road, Qian Gao Mi Dian, Economic Development Zone, Da Xing District, Beijing, 102600

Emerson Process Management GmbH&Co.OHG, Германия

Адрес: Argelsrieder Feld 3, D-82234 Wessling, Germany

Телефон: +49 8153 939 0

E-mail: RFQ.RMD-RCC@Emerson.com

Web-сайт: www.emerson.de

Emerson Asia Pacific Pte Ltd, Сингапур

Адрес: 1, Pandan Crescent, Singapore, 128461, Republic of Singapore

Телефон: +(65) 6777-8211, факс: +(65) 6770-8021, +(65) 6777-0947

E-mail: Enquiries@AP.Emerson.com

Web-сайт: www.emerson.com

Испытательный центр

Всероссийский научно-исследовательский институт расходометрии – филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им.Д.И.Менделеева» (ВНИИР – филиал ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева»)

Адрес: 420088, Республика Татарстан, г. Казань, ул. 2-я Азинская, д. 7«а»

Юридический адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

Телефон: (843) 272-70-62, факс: (843) 272-00-32

Web-сайт: www.vniir.org

E-mail: office@vniir.org

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.310592