

Проверка

осуществляется по методике поверки, включенной в руководство по эксплуатации, п.3, и согласованной с ФГУП «ВНИИМС» в 2009 г.