

Проверка

включает в себя поэлементную проверку составных частей:

- ТПР в комплекте с датчиком;
- блока электронного НОРД-ЭЗМ или блока обработки данных «VEGA-03».

Проверка ТПР в комплекте с датчиком производят в соответствии с документом «Рекомендация. Преобразователь турбинный счетчика газа АГАТ-1М». Методика поверки». МИ 2819-2003. Утверждена ФГУП ГНМЦ ВНИИР 14 августа 2003 г.

Проверка блока электронного осуществляется в соответствии с документом «Инструкция. Блок электронный НОРД-ЭЗМ. Методика поверки». Утверждена ГЦИ СИ ФГУ «Татарстанский ЦСМ» 10 февраля 2008 г.

Проверка блока обработки данных «VEGA-03» осуществляется с разделом «Проверка блока» документа «Блок обработки данных «VEGA-03». Руководство по эксплуатации 407213.00.00.000 РЭ в части раздела 3.5, согласованной ГЦИ СИ ВНИИР 27 октября 2000 г.