

Проверка

осуществляется в соответствии с документом «Инструкция. Комплексы измерительно-вычислительные «Полихром». Методика поверки. НКДР.413730.001МП», утвержденным ФГУ «Ростест-Москва» в 2000 г. и входящим в комплект поставки.