

Проверка

осуществляется по методике, приведённой в разделе 14 «Проверка прибора» технического описания и инструкции по эксплуатации КМСИ.411252.018 ТО, согласованной ГЦИ СИ ФГУ «Краснодарский ЦСМ» в августе 2010 г.