

Проверка

осуществляется в соответствии с методикой МИ 2158-91 «Счетчики электрической энергии переменного тока электронные. Методика поверки» и инструкцией по поверке ЕИЖА.411152.022 Д6.