

Проверка

осуществляется по РД 52.33.63-97 «Методические указания. Термометры-щупы АМ-6. Методика поверки».