

## **Проверка**

осуществляется в соответствии с Методикой поверки МП.МН 970-2005 «Гемокоагулометры четырехканальные «СТ 2410», утвержденной РУП «Белорусский государственный институт метрологии», республика Беларусь, 22 марта 2005 г.