

Проверка

осуществляется в соответствии с Инструкцией «Преобразователи температуры 8-канальные модели 848Т. Методика поверки», разработанной и утвержденной ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС», 2008 г.