

Проверку установок трубопоршневых «Сапфир М» проводят по МИ 1972-95 «Рекомендация. ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые. Методика поверки поверочными установками на базе весов ОГВ или мерников» или МИ 1973-95 «Рекомендация. ГСИ. Установки поверочные трубопоршневые 2 разряда. Методика поверки трубопоршневой установки 1 разряда с компаратором», утвержденным ГНМЦ ВНИИР в 1995 г.

Проверку электронных блоков «Сапфир-Э4» проводят в соответствии с «Инструкцией. ГСИ. Блок электронный «Сапфир-Э4». Методика поверки. Ха 3.038.051 И1», утвержденной в 1995 г.