

Проверка

осуществляется в соответствии с разделом 5 руководства по эксплуатации КС 123.00.00.000РЭ, согласованным с ГЦИ СИ ФГУП ВНИИМС и ФГУ «Воронежский ЦСМ» в октябре 2002 г.