

Проверка

осуществляется в соответствии с методикой «Приборы измерения параметров электрических средств взрывания КОПЕР-1. Методика поверки», изложенной в приложении к руководству по эксплуатации 2ПБ.999.045 РЭ, и утвержденной ГЦИ СИ ФГУ «Омский ЦСМ» в декабре 2002 г.