

Проверка

осуществляется в соответствии с документом «Осциллограф запоминающий цифровой С8-38. Методика поверки» УШЯИ.411161.36МП, согласованным ГЦИ СИ ГП «ВНИИФТРИ» 05.08.03 г.